



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 6

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 4032 /2021

Data: 30.08.2021r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę środków dezynfekcyjnych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.”
Znak Sprawy: 3860/ 2021.**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 5 poz.1

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat o szybszym czasie działania B, F, Tbc, V, S do 5 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 5 poz.1

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje zaoferowania produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie określił tego wymogu.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 5 poz.3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania paski konfekcjonowane po 25 sztuk z przeliczeniem ilości op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu i kwas cytrynowy) Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium oraz M.tuberculosis (Tbc), S (B. subtilis) – w stężeniu 2% w 10 minut z możliwością poszerzenia spektrum o Cl. Difficile w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 dot. pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci pianki do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych organicznie narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych posiadający wyłącznie



właściwości myjące w op. 1L ze spryskiwaczem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 6 dot. pakietu 13

Czy zamawiający dopuści preparat w op. 400ml z przeliczeniem ilości op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

