

Górno, dn. 22.08.2019 r.

Zamawiający:  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

**ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**z dnia 22.08.2019 r. w przetargu nieograniczonym na Dostawę  
bronchofiberoskopu, myjki endoskopowej oraz szafy do przechowywania  
bronchofiberoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie w ramach inwestycji pn.  
„Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ  
„Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń  
technicznych dla gazów medycznych”**

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY zmienia treść SIWZ w zakresie:

**1. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1b poz. 9 w brzmieniu:**

9	Zasilanie 400V.	TAK	
---	-----------------	-----	--

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

9	Zasilanie 230V lub 400V.	TAK PODAĆ	
---	--------------------------	-----------	--

**2. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1c poz. 5 w brzmieniu:**

5	Czas suszenia 120 minut +/-20min..	TAK Podać	
---	------------------------------------	-----------	--

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

5	Czas suszenia od 90 do 120 minut (+/-20min.)	TAK Podać	
---	--	-----------	--

**3. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1c poz. 6 w brzmieniu:**

6	Szczytywanie endoskopów za pomocą czipów RFiD umieszczonych na endoskopie	TAK	
---	---	-----	--

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

6	Szczytywanie endoskopów za pomocą czipów RFID lub kodów kreskowych umieszczonych na endoskopie	TAK PODAĆ	
---	--	-----------	--

4. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1c poz. 7 w brzmieniu:

7	Urządzenie jest wyposażone w elektromagnetyczną blokadę drzwi, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel.	TAK	
---	---	-----	--

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

7	Urządzenie jest wyposażone w elektromagnetyczną lub pneumatyczną blokadę drzwi, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel.	TAK PODAĆ	
---	--	-----------	--

**12. Treść SIWZ:**

**a) §10. Opis sposobu przygotowywania ofert - ust 6 w brzmieniu:**

"6. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gorno> do dnia 29.08.2019 r. do godz. 10.00

"

**zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

"6. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gorno> do dnia 04.09.2019 r. do godz. 10.00

"

**b) §11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2019 roku o godzinie 10:00. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gorno>

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2019 roku o godzinie 10:15 na Sali konferencyjnej (siedziba zamawiającego, budynek nr 5 administracja)."

**zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

**"§11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2019 roku o godzinie 10:00. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w

**Znak sprawy:** ST/DZP/13/2019

formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/gorno>

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.09.2019 roku o godzinie 10:15** na Sali konferencyjnej (siedziba zamawiającego, budynek nr 5 administracja)."