



L.dz. W/374/2023

Olsztyn dn. 27.03.2023 r.

*Do wiadomości wszystkich
uczestników postępowania*

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOKONANIU PONOWNEGO BADANIA I OCENY
OFERT**

Dotyczy: postępowania nr 44/2023/TP-I/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa mebli, aparatury laboratoryjnej, medycznej oraz sprzętu do wyposażenia pracowni dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zawiadamia, że w związku z odstąpieniem w dniu 27.03.2023 r. wykonawcy **Estimo Barbara Polit, ul. Wilanowska 8g/1, 05-500 Józefosław** od podpisania z zamawiającym umowy zamawiający:

- unieważnił decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 zamówienia z dnia 15.03.2023 r.
- dokonał na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) ponownego badania i oceny ofert ,
- dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym, zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 pzp, informuje, że do realizacji zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę niżej wskazanego wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
o wartości: **109 725,44 zł brutto**

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów przyjętych w SWZ.

Zbiornicze zestawienie oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Część 1

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium: Cena 100%	Łączna liczba punktów
1	FULL-MED Sp. z o.o. ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin	<i>oferta odrzucona</i>	

2	PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H.WIDOMSKI ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	<i>oferta odrzucona</i>	
3	Estimo Barbara Polit ul. Wilanowska 8g/1 05-500 Józefosław	<i>Wykonawca odstąpił od podpisania umowy</i>	
4	PHU Technomex Sp.z o.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice	100 pkt.	100 pkt.

Oferty odrzucone:

Zamawiający odrzucił oferty w części 1 w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Powody odrzucenia oferty
1	FULL-MED Sp. z o.o. ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin, NIP 7123300938	<p>Wykonawca dnia 09.03.2023 roku, za pośrednictwem platformy Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu, złożył ofertę z treścią niezgodną z warunkami zamówienia.</p> <p>Wykonawca w złożonej ofercie w części nr 1 pozycji 1 zaoferował stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagał, aby dopuszczalne obciążenie stołu wynosiło 150 kg (+/- 5%). Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował stół rehabilitacyjny o dopuszczalnym obciążeniu 200 kg.</p> <p>Tym samym wykonawca nie potwierdził spełnienia wymaganych parametrów technicznych wskazanych przez zamawiającego w formularzu cenowym/zestawieniu wymaganych parametrów.</p> <p>W związku z tym, że są one wymagane według SWZ, brak ich kwalifikuje treść oferty jako niezgodną z warunkami zamówienia, co wyczerpuje przesłanki odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1, pkt. 5) ustawy Pzp.</p>
2	PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H.WIDOMSKI ul. Warszawska 151 25-547 Kielce NIP 9591956722	<p>Wykonawca dnia 09.03.2023 roku, za pośrednictwem platformy Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu, złożył ofertę z treścią niezgodną z warunkami zamówienia.</p> <p>Wykonawca w złożonej ofercie w części nr 1 pozycji 1 zaoferował stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagał, aby dopuszczalne obciążenie stołu wynosiło 150 kg (+/-5%). Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował stół rehabilitacyjny o dopuszczalnym obciążeniu 200 kg.</p> <p>W części nr 1 pozycji 2 wykonawca zaoferował taboret na kółkach model Margo. W parametrach oferowanych wykonawca nie podał wymaganych parametrów dotyczących wagi przedmiotu</p>

		<p>zamówienia.</p> <p>Ponadto Wykonawca w złożonej ofercie w części nr 1 pozycji 4 zaoferował drewnianą leżankę do fizykoterapii tj. model SR-F. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagał, aby regulacja kąta zagłówka w 3 pozycjach wynosiła 0° / + 35°. Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował drewnianą leżankę do fizykoterapii z regulacją kąta zagłówka w zakresie 0° / + 40°.</p> <p>W związku z tym, że są one wymagane według SWZ, brak ich kwalifikuje treść oferty jako niezgodną z warunkami zamówienia, co wyczerpuje przesłanki odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1, pkt. 5) ustawy Pzp.</p>
--	--	--

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie określonym w art. 308 ustawy pzp. O terminie i miejscu podpisania umowy wykonawca zostanie poinformowany.

Z poważaniem,

Zastępca Kanclerza
mgr Adriana Faraś-Bąk

Sporządziła: Wioleta Pszenna

