



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dnia 19.10.2021 r.

Znak sprawy: TZ.252.1.58.2021
l.dz. WPR/4985/10/2021/W

Uczestnicy postępowania
nr WPR/AZ/252/ZP/37/2021

Odpowiedz na pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą pomp infuzyjnych dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”, znak postępowania: WPR/AZ/252/ZP/37/2021.

I. Na podstawie art. 135 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytania skierowanego do Zamawiającego wraz z odpowiedzią



Pytanie nr 1


Wszystkie ambulanse posiadają instalację 230V AC do zasilania urządzeń będących na wyposażeniu ambulansu, dlatego prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w pkt. 16 ma na myśli przewód zasilania sieciowego 230V. Oferowane przez nas pompy posiadają wymagany certyfikat EN1789.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga dostarczenia przewodu zasilającego do pompy (przewód zasilania sieciowego 230V).

II. Odpowiedz stanowi integralną część SWZ i będzie wiążąca podczas terminu składania ofert.

Sporządził: Tomasz Dec
Katarzyna Pietruszka

Akceptowała: Karina Przybyła


ZASTĘPCA Dyrektora
ds. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Dariusz Krwawczyk

Śląskie.

40-024 Katowice
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40
mail: wpr@wpr.pl

NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 000020162
www.wpr.pl

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000