

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów szewnych, hemostatyków, urządzeń i produktów używanych na salach operacyjnych**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2023r poz. 1605 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

### ZESTAW PYTAŃ NR 1

#### **Pakiet nr 1, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłaniający, pleciony, podtrzymujący 65% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 7 dniach od zaimplantowania, całkowity czas wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Pakiet nr 1, poz. 6-19, 20, 21**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, monofilament, podtrzymujący tkanę po 57 dniach 40%, wchłaniający się w okresie 180-210 dni?

**Odpowiedź: dla pozycji 6-19 Zamawiający dopuszcza  
dla pozycji 20-21 Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Pakiet nr 1, poz. 3-5**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący 40 % w 14 dniu, wchłaniający się w okresie 90-120 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Pakiet nr 1, poz. 1, 16-18**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga**

#### **Pakiet nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) podwójną i nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję dla długości igieł +/- 1 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 3, poz. 14, 17, 18**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 3, poz. 27, 28**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Pakiet 3 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ**

**Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję dla długości igieł +/- 1 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 4, poz. 1-13**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany, mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego, podtrzymujący 75% w 14 dniu, 25% w 28 dniu, okres całkowitego wchłaniania do 70 dnia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 4, poz. 28-30**

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy, pleciony, powlekany?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 4, poz. 28-30**

Czy Zamawiający dopuści szew poliamidowy, pleciony, niepowlekany?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 5, Tabela B, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści szew pakowany w tradycyjny sposób nie „na mokro”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 5, Tabela B, poz. 4-6**

Czy Zamawiający dopuści szew bez udokumentowanego „kontrolowanego rozciągania oraz plastycznego odkształcania węzła”?

**Odpowiedź: nie dopuszcza**

**Pakiet nr 5, Tabela B, poz. 7-9**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany, mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego, podtrzymujący 75% w 14 dniu, 25% w 28 dniu, okres całkowitego wchłaniania do 70 dnia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 5, Tabela B, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, monofilament z polidiodksanonu wchłaniający się w okresie 180-210 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 5, Tabela B, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści pleciony jedwab niewchłaniany, powlekany silikonem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 5, Tabela B, poz. 1, 8, 11**

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 5, Tabela B, poz. 4,**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) podwójną?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 6, poz. 1, 2, 5, 8, 12**

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 6, poz. 17-21**

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy, pleciony, powlekany silikonem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 6, poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach i 40% po 57 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 6, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą nie „czarną”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 6, poz. 28**

Czy Zamawiający w ww. pozycji dopuści igłę o długości 30 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 7, poz. 1, 8-12**

Czy Zamawiający w ww. pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 7, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew 2 x 17 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**ZESTAW PYTAŃ NR 2**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 (zał nr 2 do SWZ):

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części**

umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.

3) za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy określonej w § 4 ust. 1.

4) za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **100,00 zł** brutto za każde tego rodzaju zdarzenie.

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.**

### **ZESTAW PYTAŃ NR 3**

pyt. 1 .

Proszę o wydzielenie do odrębnego zadania z pakietu nr 5 Pozycje nr 1,2,3

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

oraz o dopuszczenie w

pozycji nr 2 – hemostatyk o rozmiarze 5 x 7 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

pozycji nr 3 – hemostatyk o rozmiarze 5 x 5 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.*

*Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.*

*Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.*

### **ZESTAW PYTAŃ NR 4**

*PAKIET 6.*

*1. Pkt. 1; 2; 5; 8.*

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zwykłej igły konwencjonalnie tnącej?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

*2. Pkt. 4; 10.*

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zwykłej igły odwrotnie tnącej?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

3. Pkt. 11.

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nitki o kolorze innym niż czarna ?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

4. Pkt. 12; 14.

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły bez określenia katalogowego „ z precyzyjnym ostrzem “?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

5. Pkt. 3

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły odwrótnie kosmetycznej?*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

6. Pkt. 5

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły konwencjonalnie tnącej typu PRIME?*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

7. Pkt. 12

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły odwrótnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

8. Pkt. 18; 19; 21.

*Czy Zamawiający dopuści igłę o innym kolorze niż zielona czy jest to pomyłka w opisie?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę w innym kolorze**

9. Pkt. 11

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły o długości 36mm i długości nitki 75cm?*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

10. Pkt. 21

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie krzywizny koła 3/8 koła?*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

11. Pkt. 25

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie krzywizny 1/2 koła?*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

12. Pkt. 29

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiału szewnego o czasie całkowitego wchłaniania 18—238 dni*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

13. Pytanie dotyczy opisu materiału szewnego: czy zamawiający wyraża zgodę na materiał szewny o podtrzymaniu tkankowym 75% po 2 tygodniach, 60% po 4 tygodniach i 50% po 6 tygodniach i okresie wchłaniania od 180-238 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### **ZESTAW PYTAŃ NR 5**

Wnioskujemy o dodanie w umowie § 5 zapisu, że punkt 9 nie dotyczy sytuacji, gdy faktura dokumentuje czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WDT), importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę o ile wykonawca o tym poinformował przy składaniu oferty.

Uzasadnienie: Rachunek bankowy Wykonawcy nie znajduje się na "Białej Liście". Powodem tego jest fakt, iż podmiotem dokonującym sprzedaży jest spółka niemiecka Corzy, która nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce. W konsekwencji rachunek ten nie spełnia wymogów umożliwiających wpisania go na listę podatników VAT. Jednak zgodnie z przepisami, jeśli płatność jest udokumentowana fakturą dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub usług albo dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę, wówczas podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT oraz ujęcia w kosztach CIT takiej transakcji mimo braku rachunku kontrahenta na Białej Liście. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 czerwca 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy dodając w §5 ust. 10 o brzmieniu:**

*„Zapis w ust. 9 nie dotyczy sytuacji, gdy faktura dokumentuje czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WDT), importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę o ile wykonawca o tym poinformował przy składaniu oferty”*

#### **ZESTAW PYTAŃ NR 6**

1. Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów :

Pakiet nr 1 poz. nr 6-19: okres wchłaniania szwu 180-220 dni. Pozostałe warunki bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Pakiet nr 1 poz. nr 20-21 okres wchłaniania szwu 13-36 miesięcy . Pozostałe warunki bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**ZESTAW PYTAŃ NR 7**

**Pytanie do pakietu 6, pozycje 1,2,8,12,23**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą typu PRIME. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź : **Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie do pakietu 6 pozycje 3,7,9,13**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu równoważnego z igłą nowszej generacji odwrótnie tnącej, dwuwkłęsłej, kosmetycznej/plastycznej, zmniejszającą atraumatyzację tkanki. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź : **Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 23**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą odwrótnie tnącą. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź : **Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie do pakietu 6, pozycje 12,14,25:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z nicią o długości 75cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź : **dla poz. nr 12-14 Zamawiający nie wyraża zgody**

**dla poz. nr 25 Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 11:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z wysokiej jakości igłą chirurgiczną o długości 40 mm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź : **Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 18:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego, syntetycznego, pleciony niewchłaniaalny, poliester powlekany silikonem z nicią o długości 4x100cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.



Odpowiedź : **Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 17:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z nicią o długości 150cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź : **Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 22:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z nicią o długości 100cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź : **Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 24:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z wysokiej jakości igłą chirurgiczną o długości 10 mm lub 12mm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź : **Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 27:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z wysokiej jakości igłą chirurgiczną podwójną o długości 17 mm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź : **Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 28:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z wysokiej jakości igłą chirurgiczną o długości 30 mm i nicią długości 90cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź : **Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 11:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z nicią o długości 90cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź : **Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 29:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu ze szwem syntetyczną wchłaniałną nić monofilamentowa wykonana z pojedynczego włókna



polidiodksanowego podtrzymywanie tkankowe 74-79% po 2 tygodniach, 65-70 % po 4 tygodniach i 50-60 % po 6 tygodniach, czas wchłaniania 180-220 dni.

Odpowiedź : **Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie do pakietu 6, pozycja 24-28:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu syntetyczny szew monofilamentowy, niewchłaniający polipropylenowy nawinięty na okrągło na plastikową tackę w celu zmniejszenia pamięci szwu.

Odpowiedź : **Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie do pakietu 6:**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych?

Odpowiedź : **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji wzoru umowy w zakresie § 2 ust 3 nadając mu brzmienie:

*„Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę zawierającą nazwę handlową wyrobu, ilość, cenę, ilość sztuk w opakowaniu, nazwę producenta / wytwórcy, kod katalogowy / numer referencyjny wyrobu, którą doręczy tego samego dnia Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: **apteka.zzoostrow@wp.pl**”*

Z poważaniem  
p.o. Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.