



WszSL.FZ.381.22/55/ 794 / 2022

Legnica 10.08.2022 r.

Dotyczy:

Do wszystkich zainteresowanych

**POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY RÓŻNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO**


znak sprawy WszSL/FZ-55/22

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część 9.1.

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania pozycjoner OKRĄGŁY chroniący głowę, szyję oraz uszy pacjenta podczas znieczulenia do zastosowania w różnych pozycjach? Pozycjoner wykonane z żelowego polimeru (wiskoelastomeru) pokrytego filmem poliuretanowym co chroni pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstania odleżyn oraz pomagają wypozycjonować ciało pacjenta. Powierzchnia zmywalna odporana na środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie. Rozmiary 200 x 50mm




W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2

Część 9.2.

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania pozycjoner prostokątny chroniący głowę, szyję oraz uszy pacjenta podczas znieczulenia do zastosowania w różnych pozycjach? Pozycjoner wykonane z żelowego polimeru (wiskoelastomeru) pokrytego filmem poliuretanowym co chroni pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstania odleżyn oraz pomagają wypozycjonować ciało pacjenta. Powierzchnia zmywalna, odporana na środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie. rozmiary 240 x 220 x 70 mm



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Pytanie 3

Część 9.2.

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania pozycjoner prostokątno/owalny chroniący głowę, szyję oraz uszy pacjenta podczas znieczulenia do zastosowania w różnych pozycjach? Pozycjoner wykonane z żelowego polimeru (wiskoelastomeru) pokrytego filmem poliuretanowym co chroni pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstania odleżyn oraz pomagają



wypożyczonować ciało pacjenta. Powierzchnia zmywalna odporana na środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie.
Rozmiary 220 x 190 x 60 mm




W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 4

Część 9.2.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pozycjoner prostokątny chroniący głowę, szyję oraz uszy pacjenta podczas znieczulenia do zastosowania w różnych pozycjach? Pozycjoner wykonane z żelowego polimeru (wiskoelastomeru) pokrytego filmem poliuretanowym co chroni pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstania odleżyn oraz pomagają wypożyczonować ciało pacjenta. Powierzchnia zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie.

Rozmiary 180 x 180 x 80 mm




W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Część 9.2.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pozycjoner prostokątny chroniący głowę, szyję oraz uszy pacjenta w pozycji „na brzuchu”? Pozycjoner wykonane z żelowego polimeru (wiskoelastomeru) pokrytego filmem poliuretanowym co chroni pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstania odleżyn oraz pomagają wypożyczonować ciało pacjenta. Powierzchnia zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie. Rozmiary 250 x 200 x 100 mm



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Część nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową



- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Część nr 3 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy, mikrobiologicznie czyste?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Część 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłmrami zamykającymi światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Część 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Część 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu wykonanego z dwóch warstw celulozy o gramaturze 17g/m²? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 11

Część 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a`50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 12

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego wykonanego z polietylenu o grubości 0,02 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 13

Część 17



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego wykonanego z polietylenu o grubości 0,03 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 14

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego w rozmiarze 71cm x 116cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego w rozmiarze 71cm x 180cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Część 5

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 17

Część 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'50 sz. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 18

Część 16

Czy Zamawiający dopuści miskę o wymiarach : +/- 5 mm (dł x szer x wys): zewn. średni – 300 mm, wewn. średni – 260 mm, wys. 92mm.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 19

Część 17

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietyl enowej o grubości 16 mikronów?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Pyt. 1 Część 3 poz. 1 (**Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca**)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach i składzie jak poniżej:

- Rękaw dł. 161 cm. z wygodnym i łatwym do uchwycenia konektorem połączeniowym do worka odprowadzającego. Konektor w systemie 2 – stopniowego odłączania napełnionego worka (1 – przesunięcie worka i zamknięcie zastawki w worku , 2 – odłączenie zamkniętego worka od rękawu.). Dodatkowa zatyczka do zabezpieczenia worka. Na konektorze naklejka do adnotacji oraz plastikowy uchwyt do podwieszania. Rękaw z 4 portami - zielony :napełnianie i opróżnianie mankietu , fioletowy: przepłukiwanie , przezroczysty: irygacja i podawanie leków , biały : pobieranie próbek
- 1 wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowane od 50 ml co 100 ml, kompatybilny z proponowanym systemem do zbiórki stolca. Gniazdo worka odbiorczego wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się



szkodliwych mikroorganizmów i zapachów. Dodatkowo również zatyczka do worka (dociśnij i przekręć) jako element dodatkowo zabezpieczający napełniony worek.


- Strzykawka 3- częściowa poj. 50ml. do nadmuchiwania balonu retencyjnego (z czerwonym wskaźnikiem na poj. 45ml.) / Strzykawka 3 – częściowa poj. 10ml z żelam smarującym
- Biologiczny eliminator zapachów w plastikowej butelce (poj. 30ml.) z atomizerem.
- Zacisk na przewody , Instrukcja obsługi w języku (między innymi) polskim

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 21

Pyt. 2 Część 3 poz. 2 (Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wymiennego worka odbiorczego o pojemności 1000 ml., skalowanego od 50 ml co 100 ml, kompatybilnego z proponowanym systemem do zbiórki stolca. Gniazdo worka odbiorczego wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów. Dodatkowo również zatyczka do worka (dociśnij i przekręć) jako element dodatkowo zabezpieczający napełniony worek. 1 Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. worków.



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 22

Pyt. 3 dot. Wzoru umowy

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy



Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odpowiednio modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 23

Część 15

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci w przedziale wagowym:

Poz. 3

5-9 kg

Poz. 4

8-18 kg

Poz. 5

12-25 kg

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 24

Dot. umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy w następujący sposób:

§6

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne liczone od wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1

a) w wysokości 0,03% za każdy dzień zwłoki niedostarczonej partii towaru w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 1

b) w wysokości 0,02%

za każdą godzinę zwłoki niedostarczonej partii towaru w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 2

c) w wysokości 0,02 % za każdy dzień zwłoki niedostarczonej partii towaru w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust 2 i/lub ust. 5,

2. Nadto Zamawiającemu przysługują kary umowne:

a) w wysokości 10 zł w przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z umową,

b) w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w §1 ust. 3,

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą

być nakładane wielokrotnie i niezależnie od siebie, za każde naruszenie obowiązków umownych.

4. Kary umowne nakładane na Wykonawcę nie mogą przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody. Obniżony zostaje jedynie wysokość procentowa kar umownych określonych w ust. 1 pkt a i b.

Pytanie 25 Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następujących pkt:

„A/ Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez osoby uprawnione adres mailowy.”

Prosimy w odpowiedzi podać właściwy adres mailowy.

„B/Za termin uregulowania zapłaty uważa się dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26

Prosimy o doprecyzowanie terminu otwarcia ofert: w SWZ jest podany 11.08.2022 natomiast na platformie zakupowej 16.08.2022

W odpowiedzi na pytanie: Aktualnie powyższe terminy są wszędzie jednolite - 19.08.2022r.

Pytanie 27

Część 3:

Poz.1:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca, tak jak obecnie stosowane, składającego się z: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System z możliwością bezpiecznego stosowania do 29 dni, biologicznie czysty.



W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 28

Prosimy o doprecyzowanie czy w celu potwierdzenia możliwości bezpiecznego stosowania zestawu do zbiórki stolca do 29 dni Zamawiający oczekuje zaoferowania systemu przebadanego klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni – dokumenty dołączone do oferty)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 29

Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, tak jak obecnie stosowane, pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

UWAGA

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany dotyczące modyfikacji projektu umowy znajdującego się w Rozdziale XX SWZ zostały oznaczone czcionką koloru zielonego.
3. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską znajdująca się w Części 8 poz. 2 poprzez usunięcie frazy „zgodnie z odpowiedziami” i zastąpienie jej alternatywą „lub”.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora Szpitala

ZASTĘPCA DYREKTORA

DS. LECZNICZEGO

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

lek. ocd. Tomasz Uher