



Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

L.dz. 5B10.291.1.110.2023.KK

Gdańsk, dnia 23.09.2023 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

zestaw nr 2

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.110.2023.KK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę termobloku z funkcjami wytrząsania oraz chłodzenia dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Prosimy o dopuszczenie termobloku z dokładnością utrzymania temperatury: +/- 0,5°C w przedziale od 20°C do 45°C; +/- 2°C poniżej 20°C i powyżej 45°C.	Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	Prosimy o dopuszczenie termobloku z prędkością grzania 5°C/min.	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający zmienia treść „Załącznika nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia” w pkt 8) – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 23.09.2023 r”.
3.	Prosimy o dopuszczenie termobloku z prędkością chłodzenia: 2-3°C/min. powyżej temperatury otoczenia, 0,5 – 1,0°C/min poniżej temperatury otoczenia.	Zamawiający wyraża zgodę , gdyż proponowany parametr mieści się w minimalnych wymaganiach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp, przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **09.10.2023 r. do godz. 10:00**,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.10.2023 r. o godz. 10:05**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XIII pkt 4 SWZ,

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.


W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „SWZ z dnia 27.09.2023 r.”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.09.2023 r.”, który zastępuje dotychczasowy „Załącznik nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia”.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PROREKTOR
ds. Studentów i Jakości Kształcenia

dr hab. Arnold Klonczński
profesor Uniwersytetu Gdańskiego