

Ameryka, dn. 16.11.2023 r.

L. dz. 2717/23

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego.: „Dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce” ZP/18/TP/2023.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania, Zamawiający odpowiada następująco:

Pyt. nr 1. Dot. Części nr 12. Czy Zamawiający dopuści termometr w obudowie z tworzywa sztucznego innego niż ABS? Czy Zamawiający dopuści termometr z zalecaną odległością pomiaru 2 – 3 cm? Czy Zamawiający dopuści termometr bez pamięci pomiarów?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pyt. nr 2. Część nr 8 - Otoskop pediatryczny. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę otoskopów firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu - dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Czy Zamawiający dopuści otoskop który w zestawie opakowanie (tuba) 20 wzierników jednorazowych: 10 szt. - 2,5 mm, 10 szt - 4,0 mm. Reszta parametrów zgodna z opisem.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę dostawę otoskopów bez przeprowadzenia instalacji oraz szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie wzierników jednorazowych.

Pyt. nr 3. Część nr 20 – lampa bezcieniowa. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze i montażu (zajmuje ok. 1 min.) - dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę dostawę lampy bezcieniowej bez przeprowadzenia instalacji oraz szkolenia.

Pyt. nr 4 Dotyczy części nr 9. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści pulsoksymetr o wymiarach 7,4 x 19,8 x 2,5 cm?

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści pulsoksymetr z zakresem pomiaru tętna 25-240 uderzeń/minutę ?

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści pulsoksymetr z zasilaniem z sieci 220/230V oraz wbudowaną baterią litowo-jonową pozwalającą na monitorowanie pacjenta przez 24h ?

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z możliwością pomiaru ilości oddechów bez konieczności stosowania dodatkowych czujników ?

Czy Zamawiający wymaga pulsoksymetru umożliwiającego dodatkowo pomiar temperatury ciała ?

Czy Zamawiający wymaga urządzenia umożliwiającego pomiar saturacji w trudnych warunkach u pacjentów z niską perfuzją od 0,02?

Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru, który zapewnia 97% wykazanie prawdziwych alarmów i min 95% eliminacje fałszywych alarmów, co potwierdzają niezależne badania kliniczne?

W związku z tym, że na polskim rynku jest szeroka gama pulsoksymetrów, które nie nadają się do pracy w środowisku szpitalnym, nie posiadają wymaganych certyfikatów oraz nie zawsze pokazują prawidłowe parametry, które mogą przyczynić się do pogorszenia stanu pacjenta bądź błędnej interpretacji wyników przez personel medyczny czy Zamawiający wymaga pulsoksymetrów w technologii Masimo SET, która zapewni pracę urządzenia w sposób bezpieczny, precyzyjny i rzetelny?

Czy Zamawiający wymaga pulsoksymetrów renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z technologią Masimo SET, stanowiącą tzw. „złoty standard” w pomiarach pulsoksymetrycznych?

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści pulsoksymetr o wymiarach 7,4x 4,1 x 3 cm ?

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści pulsoksymetr o wadze 73g ?

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści pulsoksymetr bez wewnętrznego akumulatora, zasilanie 3V (2x baterie AAA 1.5V)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie pulsoksymetrów o w/w parametrach.

Pyt. nr 5. dot. Części nr 11 – Stojak na kroplówki. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stojaka kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 1320-2150mm.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie stojaka o w/w parametrach.

Pyt. nr 6. dot. Części nr 18 – wózek reanimacyjny Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o szerokości 65cm i głębokości 55cm i wysokości zgodnej z wymaganą? Proponowane wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie wózka o w/w parametrach.

Pyt. nr 7. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o głębokości 67cm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych wymiarów? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie wózka o w/w parametrach.

Pyt. nr 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka reanimacyjnego, który wyposażony jest w wysuwany ręcznie blat roboczy. Proponowane rozwiązanie znacznie zmniejszy koszt wózka, a funkcjonalność zostanie zachowana.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie wózka o w/w parametrach.

Pyt. nr 9. dot. SWZ, pkt III OPZ, ppk 2. 2) i 3) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu instalacji i szkolenia w zakresie części 11 i 18, ze względu na fakt iż asortyment opisany w tych częściach jest dostarczany gotowy do użytku, jego obsługa jest intuicyjna a wystarczającym do zapoznania się jest instrukcja obsługi.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu instalacji oraz szkolenia dla wskazanej części nr 11 oraz 18.

Pyt. nr 10. dot. zał. 5 umowa, §8 ust 6,7 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego w zakresie części 11 i 18. Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego dla wskazanej części nr 11 oraz 18.

Pyt. nr 11. dot. zał. 5 umowa, §8 ust 8 i 9 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że w przypadku asortymentu, dla którego producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów (część 11 i 18) zapis wskazanych punktów nie będzie miał zastosowania.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż dla wskazanych części zapis nie będzie stosowany.

Z upoważnienia Dyrektora,