

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego” Sp. z o. o. ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

Dostawy rękawic chirurgicznych oraz pasków do glukometrów

Pytanie 1 Część 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywania minimum 6N. Grubość ścianki na palcu min 0,08, na dłoni 0,05mm na mankiecie 0,045mm. Długość 245mm Przebadane na penetrację 14 cytostatyków w tym karmustyny, tiotepy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Część 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na palcu 0,08 , siła zrywania min 6N

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Część 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Część 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości minimalnej dla rozmiaru 5,5-6,5 280mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Część 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na palcu $\leq 0,27$ mm, na dłoni $\leq 0,23$ mm na mankiecie $\leq 0,16$ mm. Długość minimalna 270mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 Część 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic trójwarstwowych lateksowo-nitrylowych, warstwa wewnętrzna mająca kontakt ze skórą 100% nitryl, zewnętrzna lateksowa o poziomie protein lateksowych < 50 ug/g

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 Część 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic trójwarstwowych lateksowo-nitrylowych, warstwa wewnętrzna mająca kontakt ze skórą 100% nitryl, zewnętrzna lateksowa o poziomie protein lateksowych <50ug/g, grubość ścianki na palcu 0,25mm, na dłoni 0,20mm, na mankiecie 0,19mm długość minimalna dla rozmiaru 6,5 282mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 Część 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na palcu 0,14mm długość minimalna dla rozmiaru 6,5 280mm dla pozostałych 282mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 Część 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, pakowanych po 200szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 Część 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych po 100 sztuk dla rozmiaru S-L, 90 sztuk dla rozmiaru XL z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.

Uwaga:

Zamawiający prosi o wyjaśnienia treści SWZ (2) pytanie nr 1 i pytanie nr 2.


Odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2: Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego



DYREKTOR
ds. Lecznictwa
Dr n. med. Cezary Chmielecki

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


mgr Justyna Koźbiał