

Pruszcz Gdański, dnia 05.03.2021 r.

Znak sprawy: **SPPR-24/AL/2021**

dotyczy: **zapytania ofertowego – Sukcesywny zakup i dostawa materiałów medycznych**

WYKONAWCY

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 - Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody oraz papier były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta?

Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający będzie wymagał jak wyżej.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić do osobnego pakietu pozycje 7,8 i 56?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający zgadza się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji: 7, 8 i 56.