

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 1

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Parametr oferowany (wpisać „TAK” jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania Zamawiającego / Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregośkolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
	<p>Unit stomatologiczny elektryczny: posadowiony na fotelu, wyposażony w stolik lekarza 5 narzędziowy umieszczony na pantograficznym ramieniu z górnym prowadzeniem rękawów i boczną sterownicą, wyposażoną w klawiaturę sterującą funkcjami unitu i fotela, uzbrojony w tackę na narzędzia. Kolor Unitu biały. Bezszerwowa tapicerka fotela umożliwiająca dezynfekcję (kolor tapicerki fotela do wyboru przez Zamawiającego - min. 3 kolory do wyboru).</p>								
	<p>Parametry unitu stomatologicznego: Sterowanie unitu: elektryczne; Zasilanie sieciowe: 230V±10%; Częstotliwość zasilania: 50 - 60 Hz; Obciążenie ramienia pulpitu: min. 1,5 kg; Typ ochrony przeciwporażeniowej: klasa I; Nominalne ciśnienie wejściowe wody: 0,3 – 0,6 MPa; Nominalne ciśnienie wejściowe powietrza: 0,45 – 0,8 MPa; System ssania mokrej pompy, Waga unitu: max. 180 kg;</p>								
	<p>Fotel pacjenta: - min. 3 programy pozycji pracy + pozycja „zero”; - wyłącznik bezpieczeństwa "STOP" w postawie fotela; - zsynchronizowany ruch siedziska z oparciem (powodującym podniesienie nóg pacjenta przy rozkładaniu oparcia); - zagłówki z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach; - kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza; - podłokietnik (lewy lub prawy – do wyboru przez Zamawiającego); - długość fotela z oparciem w pozycji poziomej max. 230 cm; - szerokość oparcia fotela w najszerszym miejscu max. 60 cm; - możliwość obniżenia siedziska fotela do wysokości 45 - 50 cm od podłoża; - udźwig fotela: min. 180 kg.</p>								
	<p>Lampa zabiegowa: Oświetlenie pola pracy zapewnione przez głowicę ledową na ramieniu pantograficznym, z regulacją intensywności świecenia, co najmniej na 3 poziomy. Włącznik światła wbudowany w lampie i/lub na panelu elektrycznym. Uchwyty z możliwością demontażu do sterylizacji. Regulacja natężenia bez zmian temperatury barwowej, przełącznik na obudowie lampy. Barwa 5000K.</p>								

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Parametr oferowany (wpisać „TAK” jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania Zamawiającego / Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregośkolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
1.	Blok spluwaczki: Ślinociąg injectorowy (mokry); Ciśnienie: 2-5 bar; Podciśnienie: - 0,8/-0,9 bar. Obieg wody destylowanej (woda destylowana poprowadzona do pulpitu lekarza, możliwość regulacji przepływu wody na każdą końcówkę); Ceramiczna lub porcelanowa miska spluwaczki, odchylana i/ lub obrotowa z możliwością łatwego demontażu, posiada programowanie czasu, splukiwania miski i napełniania kubka pacjenta.		szt.	1					
	Nożny włącznik: funkcje sterownika nożnego: Sterowanie fotelem; Uruchamianie końcówek; Funkcja przedmuchu (tzw. Funkcja chipblower); Płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera.								
	Stolik lekarski: Na 5 rękawów (z górnym prowadzeniem) i klawiaturą sterującą funkcje unitu i fotela. Panel elektryczny zamontowany w stoliku lekarza przystosowany jest do zainstalowania instrumentów dowolnej firmy, w dowolnej ilości i konfiguracji (max.5 instrumentów) wyposażony w: - Strzykawko-dmuchawkę - wykonaną z metalu. Posiada trzy funkcje (woda, powietrze, spray) oraz wymienną końcówkę z możliwością odpięcia od rękawa do sterylizacji. - Turbinę z podświetleniem LED oraz szybkozłączkę z podświetleniem LED na rękaw Midwest 4. Szybkoobrotowa prędkość maksymalna w zakresie od 390 do 450 tys. obr/min. Wyciąganie wiertła na przycisk. Minimum 3 punktowy spray. - Mikrosilnik elektryczny szczotkowy do 40 tys obrotów/ min. Wbudowane chłodzenie wody na kocówki, oświetlenie Led. - Kątnicę na wiertła maszynowe - zmiana wiertel przyciskiem. Wewnętrzne chłodzenie oraz wbudowany światłowód. Przełożenie 1:1. - Lampę polimeryzacyjną ledową; posiada 3 tryby pracy: ciągły, narastający i impulsowy. W zestawie poza światłowodem który można sterylizować znajduje się także osłonka oraz rękaw dzięki czemu lampę można szybko i łatwo podłączyć do unitu. Długość fali: 420-480 nm; Moc wyjściowa: min. 1000mW/cm2; Waga: 120 - 125g. - Skaler piezoelektryczny do zabudowy w unicie – LED. Funkcje skalera: płynna regulacja mocy, zestaw 5 końcówek o różnym kształcie, kluczyk do przykręcania końcówek, zdejmowana i sterylizowana rączka, wersja endo/perio. Parametry techniczne: Zasilanie: AC 24V 50/60HZ; Moc wyjściowa: 3-20W; Częstotliwośćpracy: 28±3kHz; Sposób chłodzenia: wewnętrzny.								Producent : Model / Typ :

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	<p>Parametr oferowany (wpisać „TAK” jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania Zamawiającego / Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.)*</p>	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
	<p>Funkcje klawiatury sterującej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system blokowania pracy, - włączenie/ wyłączenie światła w instrumentach (turbina, mikrosilnik), - włączenie/ wyłączenie chłodzenia (wody) na końcówkach, - możliwość zmiany obrotów mikrosilnika, - przy pracy skalerem włączenie/wyłączenie funkcji ENDO, - włączenie/wyłączenie powietrza chłodzącego na instrumenty, - włączenie/wyłączenie oświetlenia zabiegowego, - zmniejszenie / zwiększenie mocy mikrosilnika i skalera, - wyświetlacz/wskaźnik obrotów mikrosilnika i mocy ustawienia skalera - napełnianie kubka w bloku spluwaczki, - splukiwanie misy spluwaczki. 								
	<p>Indywidualna regulacja wody chłodzącej dla każdego instrumentu. Podkładka silikonowa pod narzędzia z możliwością sterylizacji. Tacka na ruchomym uchwycie, umieszczona pod konsolą, wykonana ze stali nierdzewnej.</p>								
	<p>Taboret stomatologiczny: obrotowy, z oparciem i podnóżkiem: mobilny taboret na minimum 5 kółkach zapewniających doskonałą stabilność; konstrukcja podstawy stalowa, chromowana, umożliwiające regulację wysokości w zależności od potrzeb użytkownika; taboret dodatkowo wyposażony jest w podnóżek chromowany, z regulacją wysokości mocowania; siedzisko i oparcie tapicerowane - materiał zapewnia łatwe utrzymanie czystości (wyboru koloru tapicerki dokona Zamawiający – dostępność minimum 5 kolorów obicia siedziska i podparcia, tożsame z unitem stomatologicznym). Wymiary: Wysokość : od 60 cm do 90 cm; Podstawa: Ø 60-70; Siedzisko: Ø 30-40.</p>								
	<p>Pompa ssąca przeznaczona do obsługi unitu, do systemu ssącego mokrego, napięcie 230V, Moc min 580W, max przepustowość płynu 4L/min, max podciśnienie z zaworem odpowietrzającym 200mbar/hPa, max poziom hałasu dB(A) 70, masa bez obudowy max 14 kg</p>								

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Parametr oferowany (wpisać „TAK” jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania Zamawiającego / Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregośkolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.)*	Jedn. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
	Bezolejowy kompresor: zbiornik min. 10L, moc silnika min 0,5kW, max poziom hałasu dB(A) 68, ciśnienie robocze 5 - 7 bar, wydajność sprężarki: min 75L/min Rok produkcji 2022 Fabrycznie nowy Montaż urządzenia w miejscu obecnie użytkowanego unitu stomatologicznego Fona SW1000 (wymaga demontażu) Deklaracja CE. Gwarancja min. 12 miesięcy. Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi maszyny w siedzibie Zamawiającego. Instrukcja obsługi w języku polskim.								

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnienia jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 2

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Parametr oferowany (wpisać „TAK” jeśli oferowany artykuł spełnia wymagania Zamawiającego / Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregośkolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
1.	<div>Autklaw do sterylizacji narzędzi</div> <div> Urządzenie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych parą wodną Komora sterylizacyjna ze stali kwasoodpornej Rozmiar komory sterylizacyjnej min. 22 litry Wyświetlacz do obsługi urządzenia w języku polskim Urządzenie Klasy B. Waga urządzenia max 60 kg Suszenie pakietów po zakończonym cyklu sterylizacji Wbudowana pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis min. 400 ostatnich cykli lub możliwość zapisu cyklów na pamięć zewnętrzną (w zestawie z urządzeniem) Wejście USB lub slot na kartę pamięci Min. 5 programów sterylizacji Min. 3 programy testowe (min. test Helix, test próżni, test Bowie & Dick) System badania jakości wody Możliwość uruchamiania cykli sterylizacji jeden za drugim Łatwy dostęp do zbiorników na wodę bez użycia narzędzi Wbudowany filtr przeciwpyłowy Min. 5 tacek lub min. 3 kasety ze stali kwasoodpornej na pakiety do dezynfekcji w zestawie Wyposażony w zawory umożliwiające łatwe opróżnienie zbiorników na wodę czystą i brudną Spełnia wymogi normy EN13060 lub równoważnej Fabrycznie nowy Rok produkcji 2022 Deklaracja CE. Gwarancja min. 12 miesięcy. Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi maszyny w siedzibie Zamawiającego. Instrukcja obsługi w języku polskim. </div>		szt.	1					Producent : Model / Typ :

* W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnienia jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP