



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP: 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 05.10.2023 r.

Numer postępowania: **ZP/D-SJ/35/2023**
Tryb: Podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

Dotyczy postępowania pn.: **„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, zestawów do drenażu, bielizny i pościeli jednorazowej oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora parowego”.**

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zawiadamia o zmianie treści SWZ.
Zmiana nastąpiła w **Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:**

- Zadanie nr 5 – pozycja 3

powinno być:

„Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, bez portu bocznego, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (3 linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący, wbudowany plastikowy przezroczysty lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu zakłuciu, 24G-żółta (0,7x19mm) przepływ 23ml/min.; 22G-niebieska (0,9x25mm) przepływ 36ml/min.; 20G- różowa (1,1x32mm) przepływ 56ml/min. ; 18G-zielona (1,3x45mm) przepływ 90ml/min. ; 16G-szara (1,7x45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G-pomarańczowa (2,1x45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK. Wszystkie rozmiary jednego producenta.

Do wyboru przez Zamawiającego”.

- Zadanie nr 7

powinno być:

„Endo przyrząd sterylny do pobierania endometrium i endocervix Albis. Sonda długość 250 mm. ř 2,8 mm. Wcięcie robocze długości 6 mm. Zakrzywiona część długości 80 mm kąt 30°. Sonda wkręcana do strzykawki. Strzykawka z blokującym tłok zatrzaskiem. Siła ssąca odpowiada 12 ml słupa powietrza. Nie wymaga znieczulenia.”

Zamawiający odpowiednio załączył aktualny dokument tj.: **Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.