



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



Płock, dnia 13 lipca 2022 r.

TZPiZI.261.1526.2022

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
nr postępowania **TZPiZI/02/D/22****

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zez zm.) – dalej PZP na dostawę pn. „**Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ WSPRITS w Płocku w okresie 12 miesięcy**”.

I. Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zez zm.) zwaną dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Cześć 1 pozycja 9-28- Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem i bez wykonaną w całości z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną z mankietem i bez wykonaną w całości z medycznego PCV.

Pytanie 2

Cześć 1, pozycja 29- Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intub. w rozmiarze 2.4-4.5?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza prowadnicy do rurek intub. w rozmiarze 2.4-4.5

Pytanie 3

Cześć 1, pozycja 30- Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intub. w rozmiarze 4.0-6.0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza prowadnicy do rurek intub. w rozmiarze 4.0-6.0.

Pytanie 4

Cześć 1, pozycja 31- Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intub. w rozmiarze 5.5-6.5?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza prowadnicy do rurek intub. w rozmiarze 5.5-6.5

Pytanie 5

Cześć 1, pozycja 32- Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intub. w rozmiarze 5.5-10.0?

Mazowsze.

serce Polski

KRS: 0000029842 NIP: 774-10-02-289 REGON: 610317845

Telefon: 24 267-84-00; fax: 24 267-84-15

e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl <http://wspritsplock.pl>

Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie: <http://wspritsplock.pl> w zakładce ochrona danych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przewodnicy do rurek intub. w rozmiarze 5.5-10.0

Pytanie 6

Część 1, pozycja 34-35- Czy zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych niesterylizowany mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stabilizator do rurek intubacyjnych niesterylizowany mikrobiologicznie czysty

Pytanie 7

Część 1, pozycja 34-35- Czy zamawiający dopuści stabilizator uniwersalny przeznaczony zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stabilizatora uniwersalnego przeznaczonego zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci

Pytanie 8

Część 1, pozycja 44-47- Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną wykonaną w całości z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurkę tracheotomijną wykonaną w całości z medycznego PCV

Pytanie 9

Część 1, pozycja 44-47- Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną z niewielką ilością ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rurki tracheotomijnej z niewielką ilością ftalanów

Pytanie 10

Część 1, pozycja 48-54- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Część 1, pozycja 68-75- Czy zamawiający dopuści wykonaną w całości z elastycznego termoplastycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Część 1, pozycja 87-90- Czy zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową, dwuczęściową, korpus oraz tłok jest wykonany z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę jednorazową, dwuczęściową, korpus oraz tłok jest wykonany z polipropylenu

Pytanie 13

Część 1, pozycja 87-90- Czy zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową ze standardową skalą, 2ml, 5ml,,10ml 20 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę jednorazową ze standardową skalą, 2ml, 5ml,,10ml 20 ml

Pytanie 14

Część 1, pozycja 87-90- Czy zamawiający dopuści bez kolorystycznego zabarwienia tłoku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

Część 1, pozycja 92-93- Czy zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych gdzie korpus strzykawki wykonany jest z polipropylenu , a tłok z polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16

Część 1, pozycja 97-101- Czy zamawiający dopuści kaniule dożylną z nazwą producenta na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniule dożylną z nazwą producenta na opakowaniu

Pytanie 17

Część 1, pozycja 97-101- Czy zamawiający dopuści kaniule dożylnie w następujących rozmiarach 24 G (0,7x19mm , przepływ 23 ml/min), 20 G (1,1x33mm , przepływ 65 ml/min) 18G (1,3x45mm , przepływ 95 ml/min), 17 G (1,5x45mm , przepływ 142 ml/min), 16 G (1,7x50mm , przepływ 200ml/min)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Część 1, pozycja 116- Czy zamawiający dopuści w zamian za oświadczenie producenta , katalog producenta który potwierdza o braku toksycznych ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zamian za oświadczenie producenta , katalog producenta który potwierdza o braku toksycznych ftalanów

Pytanie 19

Część 1, pozycja 116- Czy zamawiający odstąpi od parametru karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od parametru karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego

Pytanie 20

Część 1, pozycja 128-131- czy zamawiający dopuści jednostronne zamykanie pojemników na zużyte igły i odpady medyczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jednostronne zamykanie pojemników na zużyte igły i odpady medyczne

Pytanie 21

Cześć 1 , pozycja 128- Czy zamawiający dopuści pojemnik 10 l o wysokości 200 mm, średnica górna/dolna 240/200mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik 10 l o wysokości 200 mm, średnica górna/dolna 240/200mm

Pytanie 22

Cześć 1 , pozycja 129- Czy zamawiający dopuści pojemnik 1 l o wysokości 125 mm, średnica górna/dolna 140/102mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik 1 l o wysokości 125 mm, średnica górna/dolna 140/102mm

Pytanie 23

Cześć 1, pozycja 129- Czy zamawiający dopuści pojemnik 1 l o wysokości 170 mm, średnica górna/dolna 115/110mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik 1 l o wysokości 170 mm, średnica górna/dolna 115/110mm

Pytanie 24

Cześć 1 , pozycja 130- Czy zamawiający dopuści pojemnik 1 l o wysokości 125 mm, średnica górna/dolna 140/102mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik 1 l o wysokości 125 mm, średnica górna/dolna 140/102mm

Pytanie 25

Cześć 1, pozycja 134-141- Czy zamawiający dopuści zglębniaki z 2 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zglębniaki z 2 otworami bocznymi

Pytanie 26

Cześć 1, pozycja 144- Czy zamawiający dopuści koc ratunkowy 150 x 220 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koc ratunkowy 150 x 220 cm

Pytanie 27

Cześć 1, pozycja 145- Czy zamawiający dopuści worki na wymiocy wykonane z przejrzystej folii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worki na wymiocy wykonane z przejrzystej folii

Pytanie 28

Cześć 1, pozycja 159- Czy zamawiający dopuści worki na odpady 35l a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worki na odpady 35l a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie 29

Cześć 1, pozycja 165 – Czy zamawiający dopuści wycenę fartuchów włókninowych za opak. a'10 sztuk z przeliczeniem ilości tzn . 100 opak a'10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę fartuchów włókninowych za opak. a'10 sztuk z przeliczeniem ilości tzn . 100 opak a'10 sztuk

Pytanie 30

Część 1, pozycja 168 – Czy zamawiający dopuści wycenę czepków za opak. a'100 sztuk z przeliczeniem ilości tzn . 10 opak a'100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę czepków za opak. a'100 sztuk z przeliczeniem ilości tzn . 10 opak a'100 sztuk

Pytanie 31

Część 1, pozycja 9-28

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza niesilikonowane rurki intubacyjne.

Pytanie 32

Część 1, pozycja 87-90

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z tłokiem z czterostronnym podcięciem na końcu tłoka? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowe z tłokiem z czterostronnym podcięciem na końcu tłoka.**

Pytanie 33

Część 1, pozycja 87

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 2,2ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 2,2ml.

Pytanie 34

Część 1, pozycja 88

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 5,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 5,5ml.

Pytanie 35

Część 1, pozycja 89

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 11ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 11ml.

Pytanie 36

Część 1, pozycja 90

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 22ml w opakowaniach zbiorczych a'50 szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 22ml w opakowaniach zbiorczych a'50 szt. z przeliczeniem opakowań.

Pytanie 37

Część 1, pozycja 118, 121

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp o długości 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłużacze do pomp o długości 150cm.

Pytanie 38

Część 1, pozycja 122

Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania w rozmiarze CH21?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kateter do odsysania w rozmiarze CH21.

Pytanie 39

Część 1, pozycja 129

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 1L wysokość 140mm, średnica górna/dolna 109/92,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik na odpady o pojemności 1L wysokość 140mm, średnica górna/dolna 109/92,5.

Pytanie 40

Część 1, pozycja 134-141

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z 2 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgłębniki żołądkowe z 2 otworami bocznymi.

Pytanie 41

Część 1, pozycja 145

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 2000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worki na wymiociny o pojemności 2000ml.

Pytanie 42

Część 1, pozycja 145

Czy Zamawiający wymaga aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości.

Pytanie 43

Część 1, pozycja 148

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy składający się z trzech pakietów o składzie:

PAKIET A:

1 szt. podkład chłonny 40 x 60 cm

1 szt. podkład nieprzemakalny

2 szt. ręczniczki do rąk

2 pary rękawiczek lateksowych

PAKIET B:

1 szt. gruszka do odsysania wydzieliny

4 szt. zaciski pępowinowe

4 szt. kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm

1 szt. nożyczki do pępowiny

PAKIET C:

1 szt. opaska identyfikacyjna dla noworodków

1 szt. kocyk dla noworodka 100 x 60 cm

2 szt. ręczniczki do rąk

1 szt. pielucha dla noworodka

1 szt. podpaska higieniczna

1 szt. torba foliowa na łożysko?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw porodowy.

Pytanie 44

Część 1 pozycja 92

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki jednorazowej trzyczęściowej 50ml do pompy infuzyjnej białej, z jednostronną skalą pomiarową co 1 ml, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki jednorazowej trzyczęściowej 50ml do pompy infuzyjnej białej, z jednostronną skalą pomiarową co 1 ml.

Pytanie 45

Część 1 pozycja 93

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki jednorazowej trzyczęściowej 50ml do pompy infuzyjnej czarnej lub bursztynowej, z jednostronną skalą pomiarową co 1 ml, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki jednorazowej trzyczęściowej 50ml do pompy infuzyjnej czarnej lub bursztynowej, z jednostronną skalą pomiarową co 1 ml.

Pytanie 46

Część 1 pozycja 116

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty karty charakterystyki bezpiecznego produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty karty charakterystyki.

Pytanie 47

Dot. części 4, ad.5

Łączniki do kapnometru do defibrylatora Zoll X Series sprzedawane są w zbiorczym opakowaniu 25 szt. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących ilości i jednostek miary na: „opakowanie 25 szt., ilość 1”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Łączniki do kapnometru do defibrylatora Zoll X Series w zbiorczym opakowaniu 25 szt. I tym samym zmienia ilość wymaganych szt na 25.

II. Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej PZP, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści SWZ tj.:

- Zamawiający dokonał zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47 odpowiedniej modyfikacji w załączniku nr 5 do SWZ dla części 4 „Zakup sprzętu do defibrylatora marki ZOLL i respiratora marki ParaPac”

III. Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany w SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
SP ZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku
wz Piotr Rykowski