



Ldz. *2011*/2019

Olsztyn, dnia 01.10.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 403/2019/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego wyposażenia medycznego oraz symulatorów i trenerów do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający zaakceptuje specyfikację dozownika powietrza
Fabrycznie nowy przepływomierz powietrza o parametrach:

- przepływomierz pojedynczy;
- zakres 0-17 L/min;
- ciśnienie: 4,5 bar;
- przyłączy wlotowe SS szybkozłączne AGA kompatybilne z punktem poboru powietrza (AIR);
- wyjście G 9/16 z króćcem do podłączenia maski lub kaniuli tlenowej;
- nie jest wymagane by przepływomierz miał status wyrobu medycznego.

Gwarancja: minimum 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dozownika powietrza o wyżej wymienionych parametrach. Zamawiający wymaga wyjścia G 3/8.

Z poważaniem,


KANDLERZ
dr inż. Aleksander Socha