



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

SZP 308/06/2021

Chrzanów, 04.06.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa wideobronchoskopu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 65/2021.

Dot. Wideobronchoskop przenośny – 1 szt.:

Pyt 1. Pkt 2 Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zintegrowany w rękojeści dotykowy monitor LCD o przekątnej 5” z możliwością dezynfekcji powierzchniowej” – parametr lepszy o wymaganego

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 2. Pkt 3 Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Rotacja jednostki kamery (lewo /prawy) 1700 / 1700 „(parametr lepszy - obecnie sztywno opisano zakres, uniemożliwiająca złożenie oferty o lepszych parametrach)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 3. Pkt 4. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Głębokość ostrości 3-200mm” (parametr lepszy - obecnie sztywno opisano zakres, uniemożliwiająca złożenie oferty o lepszych parametrach)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4. Pkt 7 Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Średnica wżernika max. 5,1 mm (+/- 0,1mm)”.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 5. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Kanał roboczy min. 2,2 mm”

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 6. Pkt 8 Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Pole widzenia 1200,„ (parametr lepszy - obecnie sztywno opisano zakres, uniemożliwiająca złożenie oferty o lepszych parametrach)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pyt 7. Pkt 11. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Kąt regulacji monitora 600 -1600 – parametr lepszy

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 8. Pkt 2 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany aparat miał możliwość odłączenia monitora do fiberoskopu celem bezpiecznej kontaminacji?

Odp.: Nie ma takiego wymogu.

Z poważaniem

Sporządził:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892