

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-111/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa z wniesieniem i instalacją aparatury specjalnej na potrzeby patomorfologiczne wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK), z podziałem na 6 części.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Załącznik nr 3.5 do SWZ Opisu przedmiotu zamówienia Lp.15

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę o maksymalnym obciążeniu półki w chłodziarce wynoszącym 40kg? Urządzenie spełnia pozostałe wymogi stawiane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie i działając na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy Pzp zmienia załącznik nr 3.5 -OPZ dla części 5. Zmieniony załącznik nr 3.5 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2

W cz. 3.4 OPZ - mikroskop cz.4 w opisie p. B figuruje w poz. 3. Oświetlacz HAL 12V 30W. Ponieważ pozostałe w tym zadaniu mikroskopy posiadają nowocześniejsze oświetlenie LED, czy Zamawiający podtrzymuje zapis o oświetlaczu HAL czy też ma być zaoferowany nowocześniejszy typ oświetlacza LED?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy Pzp zmienia załącznik nr 3.4 -OPZ dla części 4 w pkt. B3 w następujący sposób:

Było:

Oświetlenie HAL 12V 30W

Poprawiono na:

Oświetlenie LED 12V 30W

Zmieniony załącznik nr 3.4 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Zmienione, aktualne dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma. Złożenie nieaktualnego załącznika nr 3.4 lub/i 3.5 do SWZ spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art.226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Załączniki:

1. Zmieniony załącznik nr 3.4 do SWZ- OPZ dla części 4
2. Zmieniony załącznik nr 3.5 do SWZ- OPZ dla części 5.

Opracowała: Marta Kozłowska
nr tel. (61) 854 60 22
e-mail: dzp@ump.edu.pl

