


PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH

sterylny, bez lateksu, bez ftalanów

właściwości:

- osłonka łącznika luer-lock (1)
- łącznik stożkowy luer-lock "męski" (2)
- dren PVC bez zawartości ftalanów (3)
- łącznik stożkowy luer-lock „żeński” z podwójnym gwintem (4)
- osłonka łącznika luer-lock (5)
- informacja o pojemności resztkowej na opakowaniu
- średnica wewnętrzna 1,24 mm, średnica zewnętrzna 2,4 mm
- sterylizowany EO



sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack
opakowanie handlowe: 100 szt.
opakowanie zbiorcze (karton): 800 szt.

Producent: Anhui JN Medical Devices Co., Ltd.

dostępne rodzaje i długości:

długość	kolor	Numer katalogowy	długość	kolor	Numer katalogowy
150 cm	transparentny	HF07060100103	150 cm	bursztynowy	HF07060100102



Szanowni Państwo,

W imieniu firmy Nutricia Polska Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy proces zmiany kodów SAP oraz kodów EAN dla następujących wyrobów medycznych:

1. Flocare® G-tube Ch14
2. Flocare® G-tube Ch18
3. Flocare® G-tube Ch20

Pragniemy poinformować, że dla produktów Flocare® zgłębniki gastrostomijne (G-tube), zmienił się producent z Nutricia Medical Device BV – Holandia na Degania Silicone LTD – Izrael. Dystrybutorem pozostaje Nutricia Medical Device BV – Holandia.

Producent Degania jest obecnie odpowiedzialny za produkcję, pakowanie oraz sterylizację zgłębników gastrostomijnych Flocare®, a także znakowanie CE. Producent ten przeprowadził procedurę, ocenę zgodności powyższych wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi, czego efektem było uzyskanie nowego certyfikatu CE o numerze: CE0123. Dodatkowo na opakowaniu dodano Upoważnionego Przedstawiciela - Biometrix S.R.O. Słowacja.

Kody SAP zmieniają się na następujące:

STARE			NOWE				
Stary kod SAP	Stary kod referencyjny	Stara nazwa w SAP	Nowy kod SAP	Nowy kod referencyjny	Nowa nazwa w SAP	Nowy kod EAN (sztuka)	Nowy kod EAN (karton)
94815	594815	Flocare G-tube Ch14	178131	678131	G-tube 14FR 2W ENFIT	7290110061050	27290110061054
94817	594817	Flocare G-tube Ch18	178133	678133	G-tube 18FR 2W ENFIT	7290110061074	27290110061078
94818	594818	Flocare G-tube Ch20	178134	678134	G-tube 20FR 2W ENFIT	7290110061081	27290110061085

W przypadku umów przetargowych, gdzie występują te produkty, podtrzymujemy ofertę na nowe kody EAN zachowując gwarancję ceny.

Wszystkie parametry produktów serii Flocare G-tube takie jak: konstrukcja, materiał, przeznaczenie, wymiary oraz kolorystyka pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Anna Ostrowska-Szymanek

Menedżer ds. Hurtowni i Rynku Szpitalnego


Anna Ostrowska-Szymanek

KORECZKI DO VENFLONÓW – COMBI

sterylne

właściwości:

- koreczki combi Luer-lock zakończenie męskie oraz żeńskie (dwustronny)
- przystosowane do zabezpieczenia złącz luer i luer-lock
- dostępne w czterech kolorach
- niepirogenne
- koreczki posiadają trzpień poniżej krawędzi korka
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku



sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 100 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 5 000 szt.

Producent: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.

kolor – numer katalogowy:

Czerwony – GT039-300C	Biały – GT039-300B
Niebieski – GT039-300N	Pomarańczowy – GT039-300P

