



Braniewo, dnia 06.11.2021

Znak sprawy: PCM/ZP 01/I/2020

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

**Dotyczy:** zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych, materiałów do endoskopii oraz niektórych materiałów wielokrotnego użytku

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

**W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

#### **ZAPYTANIE I**

##### **Dotyczy: PCM/ZP 01/I/2021, Zadanie 5, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
- cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 5 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

##### **Dotyczy: PCM/ZP 01/I/2021, Zadanie 20, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

##### **Dotyczy: PCM/ZP 01/I/2021, Zadanie 20, Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie

przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3-4 z Zadania nr 20 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

## **ZAPYTANIE II**

1/ Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz.8 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,7x19mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

2/ Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz.10 dopuści wycenę igieł punkcyjnych w rozmiarze 26G, 27G, 28G Pencil Point o długości 88mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

3/ Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz.11 dopuści wycenę igieł punkcyjnych w rozmiarze 26G, 27G, 28G Pencil Point o długości 88mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

4/ Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz.14 dopuści wycenę igieł lędźwiowych bez prowadnicy w rozmiarze 0,55x88mm, 04x88mm? Pozostałe rozmiary bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

5/ Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz.9 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

6/ Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 12 dopuści wycenę koreczków za 1 szt., opakowanie zbiorcze x250szt?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

## **ZAPYTANIE III**

Pakiet nr 1 Czy zamawiający dopuści

Poz. 2 Pętle owalne, obrotowe do polipektomii 10,15,20,24,36 mm, wymiar Ř 2,3x 2300

Poz. Ustniki jałowe do gastrokopii, regulowana gumka

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

## **ZAPYTANIE IV**

Zadanie 14 poz. 1

1. Czy Zamawiający oczekuje fartuchów podfoliowanych?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak podfoliowane**

2. Czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze żółtym?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

#### **ZAPYTANIE V**

Zadanie nr 19

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle owalne obrotowe do polipektomii 6mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm (do wyboru przez

Zamawiającego), dedykowane do kanału roboczego 2,8 mm, średnica narzędzia 2,3 mm, długość robocza 230 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

#### **ZAPYTANIE VI**

Zadanie 19, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści dwustronne szczoteczki do endoskopów zakończone kulkami, włosie o średnicy 6 mm na obu końcach, średnica cewnika 1,7 mm, długość całkowita 250 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 19, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy otwarcia 15 mm lub 25 mm oraz 32 mm, w osłonce o średnicy 2,4 mm, długość robocza wyłącznie 230 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

#### **ZAPYTANIE VII**

Pakiet 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek ochronny typu clip?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

PAKIET 12 POZ. 7

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75 x 90 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Pakiet 12 poz. 9

Czy zamawiający ma na myśli fartuch „przedniak”?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Pakiet 12 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80 x200 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Pakiet 12 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80 x220 cm?

Pakiet 12 poz. 12

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

#### **ZAPYTANIE VIII**

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12mm lub 0/45x16mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy tylko 0,45x12 mm**

Zadanie nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły bezpiecznej w opakowaniu a'50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igłę motylek w rozmiarze 22G 0,7 x 19 mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igłę:

-26Gx 90 zamiast 26x120?

-27Gx127 mm lub 276x151 mm zamiast 28G?

**Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z swz**

Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści igłę bez rozmiarów 24G oraz 28G?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 1, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze:

- 26G x90 mm zamiast 26Gx90,

- 25G x 90 mm zamiast 25Gx 88?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie 2, pozycja 5,6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie nr 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków do venflonów a opakowaniu a'250 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie nr 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie nr 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik zewnętrzny w rozmiarach 25mm, 29mm, 32mm, 36mm, 41mm z klejem naniesionym na całej powierzchni od wewnątrz, bez dwustronnie samoprzylepnej paska, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

Zadanie nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę sterylnego żelu o pojemności 6 ml ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie nr 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH27 lub 30 o długości 50 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści woreczki osobne dla chłopców i dziewcząt?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie 6, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie nr 6, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści wycenę opaski z opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Zadanie 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 2000 ml? K/ [ u

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'90 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie 12, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Taki podział umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ochronne fartuchy medyczne wykonane z włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ochronę ubranie operacyjne- zestaw składający się z bluzy z krótkim rękawem oraz spodni, wykonany z włókniny SMS?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z perforacją co minimum 37,5cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Pomyłka w pytaniu, Zamawiający nie wie o jaka pozycję chodzi Oferentowi**

Zadanie 12, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu: włóknina polipropylenowa + folia PE?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie 12, pozycja 9

Czy Zamawiający wymaga, aby każdy fartuch był indywidualnie pakowany?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga**

Zadanie 12, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 90x200cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie 12, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 130x210cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 12, pozycja 11

Czy Zamawiający wymaga, aby podkład miał zakładki?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga**

Zadanie 12, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch sterylne?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej min. 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści barierowy fartuch wykonany z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG w rozmiarze 112x90x160?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 15, pozycja 5

Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie 15, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112x100x100?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 215x25?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 114x150x75?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Zadanie 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarach 3,0 do 10,0?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

## **ZAPYTANIE IX**

### **Dotyczy zapisów SWZ:**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

### **Dotyczy Parametry Techniczne:**

2. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w rozmiarze 250mm x 60mm x 100m?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

3. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w rozmiarze 400mm x 80mm x 100m?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

4. Dotyczy Zadania nr 25, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

5. Dotyczy Zadania nr 25, rękawów papierowo foliowych:

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

6. Dotyczy Zadania nr 25, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga aby rękawy papierowo – foliowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie

bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

**[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)**

7. Dotyczy Zadania nr 25, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m<sup>2</sup> i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

**[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)**

8. Dotyczy Zadania nr 25, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

**[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)**

9. Dotyczy Zadania nr 25, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

**[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)**

10. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 10 i 11:

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barrierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

**[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)**

11. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 10 i 11:

Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie gramatury papieru oraz zgodności z normami ISO 11607-1 oraz PN EN 868 zostało wydane przez jednostkę notyfikowaną, co potwierdzi najwyższą jakość oferowanego produktu?

**[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)**

12. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 14:

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

**[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)**

13. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 14:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

**[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)**

14. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 14:



Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

15. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 14:

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

16. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 14:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

17. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 14:

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

#### **ZAPYTANIE X**

Pytanie dotyczy zadania 18 poz.3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do biopsji o wymiarach 1,8x 1800mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Pytanie dotyczy zadania 19 póź. 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę na szczoteczkę do endoskopów o długości 2500mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Pytanie dotyczy zadania 19 poz.2

Czy Zamawiający dopuści ofertę na pętle owalne tylko długości 2300mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

#### **ZAPYTANIE XI**

Pakiet 23

Poz. 1 Prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy automatycznych czy też typu nożyk do nakłuć palca.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nakłuwaczy automatycznych**

Poz. 1 Jeśli Zamawiający wymaga nakłuwaczy automatycznych prośba o doprecyzowania głębokości wkłucia

**Odpowiedź Zamawiającego: 2,4 mm**

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kuwety o pojemności 2 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kuwety o pojemności 4 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Poz 4 Czy Zamawiający dopuści kapilary o deklarowanej przez producenta pojemności 98 ul ml z zachowaniem pozostałych parametrów.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Poz 5 Czy Zamawiający dopuści kapilary zawierające zarówno heparynę sodową jak i litową pakowane po 250 szt z przeliczeniem ilości opakowań ( 100 op.) z zachowaniem pozostałych parametrów.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Poz 7 Czy Zamawiający dopuści końcówki w opakowaniach po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań ( 25 op. x 500 szt. = 12500 szt.)

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Poz 11 Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 10 ml i wymiarach 16x100 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Poz 11 Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 10 ml ze stożkiem do osadu moczu? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Poz 12 Czy Zamawiający dopuści probówki o deklarowanej przez producenta pojemności 10 ml z zachowaniem wymiarów 16x100 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

## **ZAPYTANIE XII**

Zadanie nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 6 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie nr 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 1500 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy**

Zadanie nr 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG o średnicy 50mm, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

Zadanie nr 19, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu lub umożliwienie składania oferty na pozycje w ramach ww. pakietu. Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

## **ZAPYTANIE XIII**

1. Dotyczy Zadanie nr 25, pozycja nr 4: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 380mmx85mmx100mb Zamawiający dopuści rękaw 400mmx80mmx100mb?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

2. Dotyczy Zadanie nr 25, pozycja nr 5: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 50mmx200mm Zamawiający dopuści rękaw 55mmx200mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

3. Dotyczy Zadanie nr 25, pozycja nr 10-11: Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

4. Dotyczy Zadanie nr 25, pozycja nr 14: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje testów Bowie Dick wsadu do zastosowania z przyrządem PCD czy też testów pakietowych?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

5. Dotyczy Zadanie nr 25, pozycja nr 15: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu 200 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

#### **ZAPYTANIE XIV**

Pytanie 1

Dotyczy Zadanie 18 - poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki do biopsji jednorazowe 2,3x1600 przeznaczone do gastroskopii?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Pytanie 2

Dotyczy Zadanie 19 - poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczoteczki do endoskopów dwustronne o średnicach 6.0 i 6.0 mm (zakończone kulkami), dł. 2300 mm, śr. 1,8 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Pytanie 3

Dotyczy Zadanie 19 -poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczoteczki do endoskopów dwustronne o średnicach 5mm i 11mm (zakończone kulkami), dł. 2300 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy**

Pytanie 4

Dotyczy Zadanie 19 -poz. 2

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować pętle owalne, obrotowe do polipektomii 15mm, 25mm, 30mm i 35 mm (do wyboru przez Zamawiającego) do kanału roboczego 2,8mm, wymiary narzędzia śr. 2,3mm i długość 2300mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Pytanie 5

Dotyczy Zadanie 19 -poz. 5

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować spodenki do kolonoskopii na gumkę w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ustępu o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

#### **ZAPYTANIE XV**

Dotyczy zadania 23 pozycji 8

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Dotyczy zadania 23 pozycji 10

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z PS, o wymiarach wraz z korkiem 12x84 mm i pojemności 4 ml, sterylnych, z podziałką 1ml i 2 ml?

Dotyczy zadania 23 pozycji 15 J& \$ U ? us. u

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

SIWZ:

4. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów (tam, gdzie jednostką miary jest sztuka) z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pakietach nr 23,24?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

5. Prosimy dopuszczenie w pakiecie nr 24 wyrobów nie zarejestrowanych jako wyroby medyczne - probówki szklane - są wyrobami ogólnolaboratoryjnymi objętymi stawką VAT 23%.

**Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

Projekt umowy:

6. Dotyczy § 1 ust. 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu, na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu dającego możliwość wprowadzenia zmian w cenach oferowanych produktów, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

8.

Dotyczy terminu składania ofert

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, i krótki termin na złożenie ofert, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert min. o 3 dni robocze, pozwoli to na wprowadzenie niezbędnych zmian oraz złożenie oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

**Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 10.11.2020 r. godz. 11:00.**

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/531099> w dniu 06.11.2021 r.