

## WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na dostawę

### Dostawa fartuchów ochronnych rtg oraz osłon tarczycy (ID 861666)

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

#### Pytanie 1

Prosimy o uściślenie wymogu dot. materiału z jakiego mają być wykonane fartuchy i kołnierze ochrony tarczycy - NIE MA bezwinylowego 3-warstwowego materiału bezołowiowego na rdzeniu gumowym - z zasady bezołowiowy materiał na bazie antymonu i bizmutu jest 2-warstwowy i taka jest technologia dla wszystkich producentów bezołowiowego materiału pochłaniającego. Czy Zamawiający ma zatem na myśli materiał kompozytowy z domieszką ołowiu ?

**Odpowiedź: zgodnie z wymaganiami Zamawiającego**

#### Pytanie 2

Uściślenie poziomu ochrony - czy ma to być ochrona jednostronna 0.25 mm Pb czy dwustronna tzn. przód i tył na poziomie 0.25 mm Pb

**Odpowiedź: zgodnie z wymaganiami Zamawiającego fartuch jednostronny o osłonowości min 0,25mmPB**

#### Pytanie 3

Prosimy o informację czy wymagane fartuchy ochronne RTG mają być wyposażone system odprowadzania wody,umożliwiający pranie fartuchów poprzez ich całkowite zanurzenie i/lub automatyczne czyszczenie osłon w komorze czyszczącej?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

#### Pytanie 4

Poz. 5 Prosimy o odstąpienie od parametru możliwości odpięcia i wymiany rzepów na nowe za pomocą pasów wyposażonych w zamek błyskawiczny.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

#### Pytanie 5

Poz. 8 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby fartuch ochronny rtg był jednostronny, czy dwustronny, ponieważ w przypadku jednostronnego będzie posiadał ochronność tylko z przodu.

**Odpowiedź: zgodnie z wymaganiami Zamawiającego fartuch jednostronny o osłonowości min 0,25mmPB**

#### Pytanie 6

Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie materiału wykonanego z bezołowiowej mieszanki antymonu i bizmutu, lżejszej od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zgodnego z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

#### Pytanie 7

Poz. 10 Prosimy o odstąpienie od parametru włókien antystatycznych.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 8**

Poz. 12 Prosimy o dopuszczenie śliniaka o długości 12 cm.

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 9**

Poz. 13 Prosimy o dopuszczenie stójki o wysokości 5 cm.

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 10**

Poz. 18 Prosimy o dopuszczenie materiału wykonanego z lekkiej mieszanki na bazie ołowiu z dodatkiem antymonu,

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 11**

Prosimy o dopuszczenie terminy realizacji 15 tygodni.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

*Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania*