



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 20.01.2023 r.

NZZ/77/P/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych i sprzętu jednorazowego.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

Pytanie nr 1 –

Czy zamawiający dopuści ofertę równoważną, implantów tytanowych wysokiej jakości.

Poz. 1: Gwóźdź śródszpikowy typu gamma krótki;

Opis: w skład kompletu wchodzi:

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus.

- śruba szyjkowa 10,5 mm długości 70mm-130mm
- śruba kompresująca
- śruba zaślepiająca,
- 2 sztuki wkrętów blokujących samogwintujących o średnicy 5,0 mm długości 25-120mm

DEPOZYT

Poz. 2: Gwóźdź śródszpikowy typu gamma długi

Opis: W skład kompletu wchodzi:

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe.

- śruba szyjkowa 10,5 mm długości 70mm-130mm
- śruba kompresująca
- śruba zaślepiająca,
- 2 sztuki wkrętów blokujących samogwintujących o średnicy 5,0 mm długości 25-120mm

DEPOZYT

- 1. Wykonawca jest zobowiązany do oddania w używanie 2 kompletów instrumentarium do zakładania ww. implantów i ich serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów.**
- 2. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium.**
- 3. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości po min.3 kpl w całym zakresie wymaganych rozmiarów**
- 4. Wykonawca zaoferuje implanty wykonane z tytanu.**
- 5. Wszystkie komponenty z minimum 2 letnim okresem sterylności.**

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 –

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Grupa 10. Zestaw do histeroskopii

Lp. 23 Kosz druciany, siatkowy, ze stali nierdzewnej o wymiarach 240x255x50 mm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 3 –

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Grupa 10. Zestaw do histeroskopii

Lp. 24 Mata o wymiarach 250x260 mm lub 240x220 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 –

Prosimy także o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 –

Pakiet nr 41 Czy zamawiający dopuści

Poz. 1 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 6,7mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii. Kleszcze z możliwością funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 –

Pakiet nr 41 Czy zamawiający dopuści

Poz. 2 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 5,27mm, rozwarciu 8,5mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 –

Pakiet 50 Czy zamawiający dopuści Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; wymiary zewnętrznej komory 40mm x 15mm i długości drenu 150mm. Pakowana pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 25 sztuk.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza pułapkę jednokomorową na ssak, jednorazowego użytku; wymiary zewnętrznej komory 40mm x 15mm i długości drenu 150mm. Pakowana pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 25 sztuk

Pytanie nr 8 –

Grupa 11

poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera wykonanego z medycznego żelu silikonowego i lekkiej pianki o profilowanej powierzchni, aby zmniejszyć nacisk na ciało pacjenta i zapewnić odpowiednią ochronę.





ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza pozycjoner wykonany z medycznego żelu silikonowego i lekkiej pianki o profilowanej powierzchni, aby zmniejszyć nacisk na ciało pacjenta i zapewnić odpowiednią ochronę, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 9 –

Grupa 11

poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów w formie materaców wykonanych z medycznego żelu silikonowego i lekkiej pianki o profilowanej powierzchni, aby zmniejszyć nacisk na ciało pacjenta i zapewnić odpowiednią ochronę.



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza pozycjoner w formie materaca wykonanego z medycznego żelu silikonowego i lekkiej pianki o profilowanej powierzchni, aby zmniejszyć nacisk na ciało pacjenta i zapewnić odpowiednią ochronę, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 10 –

Grupa 11

poz. 6

Prosimy o dopuszczenie półwałka wykonanego z medycznego żelu silikonowego i lekkiej pianki o profilowanej powierzchni, aby zmniejszyć nacisk na ciało pacjenta i zapewnić odpowiednią ochronę.



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza półwałek wykonany z medycznego żelu silikonowego i lekkiej pianki o profilowanej powierzchni, aby zmniejszyć nacisk na ciało pacjenta i zapewnić odpowiednią ochronę, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 11 –

Grupa 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trokara z pompką o konstrukcji strzykawki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 –

Grupa 19

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie rękojeści staplera z możliwością wyginania ładunku do 45 stopni, otwieranie branszy po zwolnieniu dźwigni blokującej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13 –

Grupa 19

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3, 4 dopuści zaoferowanie ładunków z możliwością wyginania do 45 stopni, ładunki do tkanki pośredniej o wysokości zszywki otwartej 4,0 mm, zamkniętej 1,75 mm, ładunki do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,0 mm, wymiary zszywek ładunków do tkanki naczyniowej i do tkanki normalnej takie jak w opisie. liwością



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 –

Grupa 36

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami ułożonymi w dwóch rzędach.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15 –

Grupa 36

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 5 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami o wysokości 4,5 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 –

Grupa 36

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości zszywki 3,8 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17 –

Grupa 36

Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie staplerów załadowanych ładunkiem do tkanki cienkiej (1,0 mm) standardowej (1,5 mm) i grubej (2,0 mm) po zamknięciu (do wyboru), długość linii szwu 65 mm i 85 mm (odpowiednio), ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych w technologii standardowej, opakowanie – 1 sztuka.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18 –

Grupa 36

Czy Zamawiający w pozycji 8 i 9 dopuści zaoferowanie ładunków do tkanki cienkiej (1,0 mm) standardowej (1,5 mm) i grubej (2,0 mm) po zamknięciu (do wyboru), długość linii szwu 65 mm i 85 mm (odpowiednio), ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych w technologii standardowej, opakowanie – 1 sztuka.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19 –

Grupa 36

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie we wszystkich pozycjach staplerów i ładunków pakowanych po 1 sztuce.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20 –

Grupa 37

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości otwartej zszywki 4,5 mm, uchwyt staplera o konstrukcji antypoślizgowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21 –

Grupa 37

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 26, o wysokości otwartej zszywki 5,0 mm, uchwyt staplera o konstrukcji antypoślizgowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22 –

Grupa 37

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości otwartej zszywki 5,0 mm, uchwyt staplera o konstrukcji antypoślizgowej.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23 –

Grupa 37

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 32 mm lub 34 mm (do wyboru), o wysokości otwartej zszywki 5,0 mm, uchwyt staplera o konstrukcji antypoślizgowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24 –

Grupa 41

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 4,0 mm, średnica narzędzia 2,4 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ..

Pytanie nr 25 –

Grupa 41

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 5,0 mm, rozwarcie 8,9 mm, średnica narzędzia 2,8 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26 –

Grupa 43

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł w białej osłonce, średnica 2,3 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27 –

Grupa 46

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowani szczotek o długości 2300 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 28 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 pozycji nr. 23 kosz stalowy perforowany o wymiarach 255x245x50 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 pozycji nr. 24 matę silikonową o wymiarach 245x245 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr. 1 kleszczyki o długości 17,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr.2 elewator o długości 17,5 cm ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr. 3-4 kleszcze o długości 23,5 cm lub 22,5 cm ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 33 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr. 7 hak o długości 16 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr.9 kleszcze do cięcia drutu Obwegeser, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr. 13 retraktor o długości 16,5 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr. 16 hak o wymiarach 16x80 mm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr.18-19 elewator o długości 17,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr. 23 hak o długości 14 cm , szer. 36 mm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr. 25 osteotom o długości 22 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40 –

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr.9 kleszcze do cięcia drutu Obwegeser, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41 –

Grupa 25

Pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłoneż na kończyneż o wymiarach 35 x 120 cm, z osobno pakowaną taśmą lepnią 10 x 50 cm, która jest osobnym komponentem, cena skalkulowana jako suma dwóch składników – pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania osłony na kończyneż o wymiarach 35 x 120 cm, z osobno pakowaną taśmą lepnią 10 x 50 cm, która jest osobnym komponentem, cena skalkulowana jako suma dwóch składników, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 42 –

Grupa 25

Pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłoneż na kończyneż o wymiarach 25 x 80 cm, z osobno pakowaną taśmą lepnią 10 x 50 cm, która jest osobnym komponentem, cena skalkulowana jako suma dwóch składników – pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania osłony na kończyneż o wymiarach 25 x 80 cm, z osobno pakowaną taśmą lepnią 10 x 50 cm, która jest osobnym komponentem, cena skalkulowana jako suma dwóch składników, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 43 –

Dotyczy pakietu nr 27, poz. 1:

Czy w zakresie pakietu nr 27 poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie oczekiwanego depozytu z 3 sztuk na 3 opakowania (po 3 sztuki w każdym opakowaniu) i uzupełnianie go po zużyciu przez Zamawiającego 3 sztuk siatek przepuklinowych? Siatki, które chcemy zaferować Zamawiającemu na etapie produkcyjnym pakowane są po 3 sztuki w opakowaniu i nie mamy możliwości ich rozpakowywania i przesyłania Zamawiającemu pojedynczych sztuk.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zwiększenie depozytu z 3 sztuk na 3 opakowania (po 3 sztuki w każdym opakowaniu) i uzupełnienie go po zużyciu przez Zamawiającego 3 sztuk siatek przepuklinowych.

Pytanie nr 44 –

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produktu alternatywnego do opisanego w SWZ:

Pozycja 23 - Kosz stalowy perforowany z uchwytem i nóżkami o wymiarach 244x253x60mm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 45 –

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produktu alternatywnego do opisanego w SWZ:

Pozycja 24 – Mata silikonowa 250x235mm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 46 –

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produktu alternatywnego do opisanego w SWZ:

Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w pozycji brzusznej z rdzeniem piankowym o wymiarach 28x24x14cm



Odpowiedź na zapytanie:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47 –

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produktu alternatywnego do opisanego w SWZ:

Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w pozycji brzusznej o wymiarach 28x24x14cm



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48 –

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produktu alternatywnego do opisanego w SWZ:

Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w pozycji brzusznej o wymiarach 24x20x13cm





ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 49 –

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:

Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w pozycji brzusznej z rdzeniem piankowym o wymiarach 28x24x14cm



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50 –

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:

Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w pozycji brzusznej o wymiarach 28x24x14cm



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 51 –

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:

Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w pozycji brzusznej o wymiarach 24x20x13cm



Odpowiedź na zapytanie:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 52 –

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:

Materac przeciwdoleżynowy wykonany z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji o wymiarach 50x50x1,5cm



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

Pytanie nr 53 –

Pakiet I1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:

Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod łydki o wymiarach 40x16x1cm



Odpowiedź na zapytanie:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54 –

Pakiet I1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:

Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod łydki o wymiarach 50x15x4cm



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 55 –

Pakiet I1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:

Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod łydki o wymiarach 52x18x4cm



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 56 –

Pakiet I1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:

Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod piętę o wymiarach 18x10x7cm



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 57 –

Pakiet I1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:

Półwałek z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji o wymiarach 50x15x10cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 58 –

Pakiet I1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:
Półwałek z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji o wymiarach 50x15x12cm



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 59 –

Pakiet I1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ:
Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w kształcie krążka o wymiarach 20x7x5cm



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 60 –

Dotyczy pakietu nr 27, poz. 1:

Czy w zakresie pakietu nr 27 poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie oczekiwanego depozytu z 3 sztuk na 3 opakowania (po 3 sztuki w każdym opakowaniu) i uzupełnianie go po zużyciu przez Zamawiającego 3 sztuk siatek przepuklinowych? Siatki, które chcemy zaferować Zamawiającemu na etapie produkcyjnym pakowane są po 3 sztuki w opakowaniu i nie mamy możliwości ich rozpakowywania i przesyłania Zamawiającemu pojedynczych sztuk

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 61 –

Dotyczy projektu umowy, załącznik nr 3A

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 13 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 15 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,5% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była dziesięciokrotnie wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego. Narusza to zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 62 –

Dotyczy projektu umowy, załącznik nr 3A

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy stawka kary umownej 5% została zastąpiona stawką 3%? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na jakiegokolwiek inne obniżenie stawki kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 18 wzoru umowy?

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”. W przypadku naruszenia §3 ust. 8 umowy poprzez wystawienie kilku faktur zamiast jednej faktury, Zamawiający nie poniesie żadnej szkody. Zatem wysokość kary umownej wynosząca 10% wartości brutto zamówienia jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 63 –

Dotyczy projektu umowy, załącznik nr 3D (UMOWA DEPOZYTU):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 5 wzoru umowy stawka kary umownej 1% została zastąpiona stawką 0,2% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 64 –

Grupa 10 Zestaw do histeroskopii, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w pełni równoważne, o identycznych lub zbliżonych parametrach: Kosz stalowy perforowany z uchwytem i nóżkami o wymiarach 244 x 253 x 60mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 65 –

Grupa 10 Zestaw do histeroskopii, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w pełni równoważne, o identycznych lub zbliżonych parametrach: Mata silikonowa do koszy 1/2 o wymiarach 250 x 235mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 66 –

Pakiet 1, pozycja 1, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w kształcie litery „T” z przyklepionym tylko wokół otworu o wym. 25cm x 30cm, zintegrowana z osłonami na kończy. Wymiar serwety 200/270 x 300cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 67 –

Pakiet 1, pozycja 1, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 68 –

Pakiet 1, pozycja 1, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 1, poz. 1, pkt. 7, dopuszcza organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm.

Pytanie nr 69 –

Pakiet 1, pozycja 1, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 1, poz. 1, pkt. 8, dopuszcza miskę nerkową PVC, o wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 70 –

Pakiet 1, pozycja 1, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 1, poz. 1, pkt. 12, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 71 –

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści włókninę obłożenia trójwarstwową o gramaturze 50g/m², wzmocnioną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze 130g/m² i chłonności ponad 900%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 72 –

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150cm x 240cm z przylepcem na dłuższym boku?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 73 –

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 74 –

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w zakresie grupy 1, poz.2, pkt. 9, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 75 –

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 14

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 1, poz. 1, pkt. 14, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 76 –

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści włókninę trójwarstwową o chłonności 383%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 77 –

Pakiet 1, pozycja 3, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150cm x 200cm z wycięciem „U” na dłuższym boku o wym. 65cm x 6cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 78 –

Pakiet 1, pozycja 3, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z przylepcem na dłuższym boku?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 79 –

Pakiet 1, pozycja 3, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 80 –

Pakiet 1, pozycja 3, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 1, poz. 3, pkt. 12, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 81 –

Pakiet 1, pozycja 3, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści taśmę przylepną z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 1, poz. 3, pkt. 13, dopuszcza taśmę przylepną z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 82 –

Pakiet 1, pozycja 3, składowa 14

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 1, poz. 3, pkt. 14, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 83 –

Pakiet 1, pozycja 3, składowa 21

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 1, poz. 3, pkt. 21, dopuszcza organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm.

Pytanie nr 84 –

Pakiet 1, pozycja 3

Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny o gramaturze 50g/m2 wzmocnione w strefie krytycznej włókniną SM o gramaturze 80g/m2 o łącznej chłonności ponad 900%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 85 –

Pakiet 1, pozycja 4, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści tufery typu rożek 12cm x 12cm, z nitką RTG?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 86 –

Pakiet 1, pozycja 4, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy 16 x 12cm, wys. 7,7cm o pojemności 1000ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 1, poz. 4, pkt. 85 dopuszcza pojemnik plastikowy 16 x 12cm, wys. 7,7cm o pojemności 1000ml.

Pytanie nr 87 –

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści całość zestawu ułożoną w pojemniku 1000ml, zapakowaną w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza całość zestawu ułożoną w pojemniku 1000ml, zapakowaną w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 88 –

Pakiet 2, pozycja 1, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150cm x 200cm z wycięciem „U” na dłuższym boku o wym. 65cm x 6cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 89 –

Pakiet 2, pozycja 1, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 150cm x 240cm z przylepcem na dłuższym boku?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 90 –

Pakiet 2, pozycja 1, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 91 –

Pakiet 2, pozycja 1, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową samoprzylepną 40cm x 30cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 92 –

Pakiet 2, pozycja 1, składowa 18

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 2, poz. 1, pkt. 18, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 93 –

Pakiet 2, pozycja 1, składowa 20

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 2, poz. 1, pkt. 20, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 94 –

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny o gramaturze 50g/m2 wzmocnione w strefie krytycznej włókniną SM o gramaturze 80g/m2 o łącznej chłonności ponad 900%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 95 –

Pakiet 2, pozycja 2, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150cm x 240cm z przylepcem na dłuższym boku?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 96 –

Pakiet 2, pozycja 2, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 97 –

Pakiet 2, pozycja 2, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 2, poz. 2, pkt. 5, dopuszcza organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm.

Pytanie nr 98 –

Pakiet 2, pozycja 2, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 2, poz. 2, pkt. 12, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 99 –

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści włókninę obłożenia o chłonności 383%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 100 –

Pakiet 2, pozycja 3, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150cm x 240cm z przylepcem na dłuższym boku?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 101 –

Pakiet 2, pozycja 3, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 75cm x 90cm z przylepcem na dłuższym boku?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 102 –

Pakiet 2, pozycja 3, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 103 –

Pakiet 2, pozycja 3, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową samoprzylepną 30cm x 40cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 104 –

Pakiet 2, pozycja 3, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 2, poz. 3, pkt. 12 dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 105 –

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści włókninę obłożenia o chłonności 383%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 106 –

Pakiet 3, pozycja 1, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 107 –

Pakiet 3, pozycja 1, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 1, pkt. 8, dopuszcza organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm.

Pytanie nr 108 –

Pakiet 3, pozycja 1, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści dren Redona CH16, długość 70cmz kontrastem RTG?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 1, pkt. 9, dopuszcza dren Redona CH16, długość 70cmz kontrastem RTG.

Pytanie nr 109 –

Pakiet 3, pozycja 1, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 1, pkt. 10, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 110 –

Pakiet 3, pozycja 1, składowa 15

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową samoprzylepną 30cm x 40cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 111 –

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści włókninę obłożenia o chłonności 383%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 112 –

Pakiet 3, pozycja 2, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 113 –

Pakiet 3, pozycja 2, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 2, pkt. 8, dopuszcza organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm.

Pytanie nr 114 –

Pakiet 3, pozycja 2, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 2, pkt. 10, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 115 –

Pakiet 3, pozycja 2, składowa 15

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową samoprzylepną 30cm x 40cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 116 –

Pakiet 3, pozycja 2, składowa 19

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 2, pkt. 19, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 117 –

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści włókninę obłożenia o chłonności 383%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 118 –

Pakiet 3, pozycja 3, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm.

Pytanie nr 119 –

Pakiet 3, pozycja 3, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 120 –

Pakiet 3, pozycja 3, składowa 14

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 3, pkt. 14, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 121 –

Pakiet 3, pozycja 3, składowa 16

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 3, pkt. 16, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 122 –

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści włókninę obłożenia o chłonności 383%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 123 –

Pakiet 3, pozycja 4, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 200cm x 75cm z otworem przylepnym w kształcie rombu o wym. 8cm x 12cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 124 –

Pakiet 3, pozycja 4, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści nogawicę z włókniny typu SMS o wym. 120cm x 70cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 4, pkt. 3, dopuszcza nogawicę z włókniny typu SMS o wym. 120cm x 70cm.

Pytanie nr 125 –

Pakiet 3, pozycja 4, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 4, pkt. 5, dopuszcza kleszczyki z tolerancją rozmiaru +/- 1cm.

Pytanie nr 126 –

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 4, dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie.

Pytanie nr 127 –

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 4, dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm.

Pytanie nr 128 –

Pakiet 3, pozycja 5, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na pacjenta z otworem przylepnym 21,5cm x 24cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, że składowa 1 NIE DOTYCZY serwety na pacjenta, a obłożenia na stolik.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 129 –

Pakiet 3, pozycja 5, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 5, pkt. 5, dopuszcza kleszczyki z tolerancją rozmiaru +/- 1cm.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 130 –

Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 5, dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie.

Pytanie nr 131 –

Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 3, poz. 5, dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm.

Pytanie nr 132 –

Pakiet 4, pozycja 1, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczną 160cm /240cm x 180cm z workiem do zbiórki płynów z sitem, z przyklepnym otworem o wym. 10cm x 15cm, szerokość przylepca 3cm, zintegrowaną z osłonami na kończynie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 133 –

Pakiet 4, pozycja 1, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczną tylko z przyklepcem wokół otworu (bez przylepca na rogach serwety)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 134 –

Pakiet 4, pozycja 1, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 135 –

Pakiet 4, pozycja 1, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 136 –

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m², wzmocnionej w strefie krytycznej warstwą SM o gramaturze 80g/m². Chłonność w strefie wzmocnienia ponad 900%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 137 –

Pakiet 4, pozycja 2, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczną 160cm /240cm x 180cm z workiem do zbiórki płynów, z przyklepnym otworem o wym. 10cm x 15cm, szerokość przylepca 3cm, zintegrowaną z osłonami na kończynie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 138 –

Pakiet 4, pozycja 2, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 4, poz. 2, pkt. 6, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 139 –

Pakiet 4, pozycja 2, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 4, poz. 2, pkt. 9, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 140 –

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m², wzmocnionej w strefie krytycznej warstwą SM o gramaturze 80g/m². Chłonność w strefie wzmocnienia ponad 900%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 141 –

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm, wzmocniony w przedniej części i na rękawach wewnętrznymi wstawkami zapobiegającymi przemakaniu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm, wzmocniony w przedniej części i na rękawach wewnętrznymi wstawkami zapobiegającymi przemakaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 142 –

Pakiet 4, pozycja 3, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczną 160cm /240cm x 180cm z workiem do zbiórki płynów, z przyklepnym otworem o wym. 10cm x 15cm, szerokość przylepca 3cm, zintegrowaną z osłonami na kończyny?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 143 –

Pakiet 4, pozycja 3, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 4, poz. 3, pkt. 6, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 144 –

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m², wzmocnionej w strefie krytycznej warstwą SM o gramaturze 80g/m². Chłonność w strefie wzmocnienia ponad 900%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 145 –

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm, wzmocniony w przedniej części i na rękawach wewnętrznymi wstawkami zapobiegającymi przemakaniu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm, wzmocniony w przedniej części i na rękawach wewnętrznymi wstawkami zapobiegającymi przemakaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 146 –

Pakiet 4, pozycja 4, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczną z wbudowanymi osłonami na nogi (wym. 180/280 x 220cm) i otworem nieprzyklepnym w okolicy kroczka w kształcie prostokąta o wym. 10cm x 15cm zabezpieczonym klapką oraz oknem w okolicy brzucha w kształcie trapezu o wym. 30 x 20 x 20cm, bez przylepców na rogach serwety?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 147 –

Pakiet 4, pozycja 4, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 148 –

Pakiet 4, pozycja 4, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 4, poz. 4, pkt. 9, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 149 –

Pakiet 4, pozycja 4, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 4, poz. 4, pkt. 11, dopuszcza organizator przewodów typu rzep 2cm x 22cm.

Pytanie nr 150 –

Pakiet 4, pozycja 4, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wym. 40cm x 30cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 151 –

Pakiet 4, pozycja 4, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 4, poz. 4, pkt. 13, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 152 –

Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m² i chłonności 350%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 153 –

Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm, wzmocniony w przedniej części i na rękawach wewnętrznymi wstawkami zapobiegającymi przemakaniu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm, wzmocniony w przedniej części i na rękawach wewnętrznymi wstawkami zapobiegającymi przemakaniu.

Pytanie nr 154 –

Pakiet 4, pozycja 5, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę do laparoskopii o podanych wymiarach z otworem wypełnionym folią chirurgiczną?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 155 –

Pakiet 4, pozycja 5, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 156 –

Pakiet 4, pozycja 5, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 4, poz. 5, pkt. 8, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 157 –

Pakiet 4, pozycja 5, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wym. 40cm x 30cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 158 –

Pakiet 4, pozycja 5, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 4, poz. 5, pkt. 12, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 159 –

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m², wzmocnionej w strefie krytycznej warstwą SM o gramaturze 80g/m². Chłonność w strefie wzmocnienia ponad 900%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 160 –

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm, wzmocniony w przedniej części i na rękawach wewnętrznymi wstawkami zapobiegającymi przemakaniu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm, wzmocniony w przedniej części i na rękawach wewnętrznymi wstawkami zapobiegającymi przemakaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 161 –

Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 162 –

Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 163 –

Pakiet 5, pozycja 1, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 5, poz. 1, pkt. 5, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 164 –

Pakiet 5, pozycja 1, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści narzędzie do mycia pola operacyjnego o dł. 18cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza narzędzie do mycia pola operacyjnego o dł. 18cm.

Pytanie nr 165 –

Pakiet 5, pozycja 1, składowa 15

Czy Zamawiający dopuści nożyczki proste ostro-ostre o dł. 11,5cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza nożyczki proste ostro-ostre o dł. 11,5cm.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 166 –

Pakiet 5, pozycja 1, składowa 17

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny 15 x 400cm (z zapinką 2szt) o składzie 55% przędza bawełniana + 43% przędza poliamidowa + 2% spandex, rozciągliwość min. 150%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 167 –

Pakiet 5, pozycja 1, składowa 21

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 5, poz. 1, pkt. 21, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 168 –

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2, wzmocnionej w strefie krytycznej warstwą SM o gramaturze 80g/m2. Chłonność w strefie wzmocnienia ponad 900%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 169 –

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm, wzmocniony w przedniej części i na rękawach wewnętrznymi wstawkami zapobiegającymi przemakaniu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm, wzmocniony w przedniej części i na rękawach wewnętrznymi wstawkami zapobiegającymi przemakaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 170 –

Pakiet 5, pozycja 2, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 5, poz. 12 pkt. 5, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 171 –

Pakiet 5, pozycja 2, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny 15 x 400cm (z zapinką 2szt) o składzie 55% przędza bawełniana + 43% przędza poliamidowa + 2% spandex, rozciągliwość min. 150%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 172 –

Pakiet 5, pozycja 2, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 5, poz. 2, pkt. 12, dopuszcza ręczniki włókninowe do rąk o zawartości wiskozy 50% i chłonności 810%.

Pytanie nr 173 –

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2, wzmocnionej w strefie krytycznej warstwą SM o gramaturze 80g/m2. Chłonność w strefie wzmocnienia ponad 900%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 174 –

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietami z dzianiny o dł. 7,5cm., pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 175 –

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 5, poz. 3, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 176 –

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie nr 177 –

Pakiet 6, pozycja 1, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80cm x 140cm ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 178 –

Pakiet 6, pozycja 1, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wym. 30cm x 40cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 179 –

Pakiet 6, pozycja 1, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów typu rzep o wym. 2cm x 22cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 6, poz. 1, pkt. 10, dopuszcza organizator przewodów typu rzep o wym. 2cm x 22cm.

Pytanie nr 180 –

Pakiet 6, pozycja 1, składowa 16

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do ssaka CH23 dł. 26cm bez kontroli siły ssania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 181 –

Pakiet 6, pozycja 1, składowa 17

Czy Zamawiający dopuści dren Redona Ch14 dł. 70cm ze znacznikiem RTG?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 6, poz. 1, pkt. 17, dopuszcza dren Redona Ch14 dł. 70cm ze znacznikiem RTG.

Pytanie nr 182 –

Pakiet 6, pozycja 1, składowa 23

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 6, poz. 1, pkt. 23, dopuszcza miskę nerkową PVC, wym. 12cm x 18cm wys. 3cm.

Pytanie nr 183 –

Pakiet 6, pozycja 1, składowa 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez oznaczników silikonowych naczyńniowych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 184 –

Pakiet 6, pozycja 1, składowa 32

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną bez czynnika bakteriobójczego wym. 56cm x 84cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 185 –

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści włókninę obłożenia o chłonności 383%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 186 –

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, że pakiet 7 (grupa 7) dotyczy ostrzy chirurgicznych.

Zamawiający przyjmuje, że powyższe pytanie dotyczyło przedmiotu zamówienia określonego w ramach grupy 25, poz. 1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 187 –

Pakiet 7, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, że pakiet 7 (grupa 7) dotyczy ostrzy chirurgicznych.

Zamawiający przyjmuje, że powyższe pytanie dotyczyło przedmiotu zamówienia określonego w ramach grupy 25, poz. 12.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 188 –

Pakiet 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 35x120cm z dołączoną taśmą 10x50cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, że pakiet 7 (grupa 7) dotyczy ostrzy chirurgicznych.

Zamawiający przyjmuje, że powyższe pytanie dotyczyło przedmiotu zamówienia określonego w ramach grupy 25, poz. 13.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 189 –

Pakiet 7, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści osłony złożone zakładkowo?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, że pakiet 7 (grupa 7) dotyczy ostrzy chirurgicznych.

Zamawiający przyjmuje, że powyższe pytanie dotyczyło przedmiotu zamówienia określonego w ramach grupy 25, poz. 13-14.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 190 –

Pakiet 7, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kołnierz okrywający gardło, ramiona, kark i klatkę piersiową wykonany z włókniny polipropylenowej 35g/m² w rozmiarze 28x46cm, o średnicy otworu 20cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, że pakiet 7 (grupa 7) dotyczy ostrzy chirurgicznych.

Zamawiający przyjmuje, że powyższe pytanie dotyczyło przedmiotu zamówienia określonego w ramach grupy 25, poz. 15.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 191 –

Dotyczy Grupy 12: Czy Zamawiający dopuści w Grupie 12 monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu, wchłaniający się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; zaopatrzone w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych, szwy z oznaczeniem rozmiaru wg skali USP oraz następujących różnicach w rozmiarach:

Pozycja 1: Igła okrągła ½ koła, pozostałe parametry bez zmian,

Pozycja 2: Igła okrągła ½ koła, pozostałe parametry bez zmian,

Pozycja 3: Igła 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w Grupie 12 monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu, wchłaniający się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; zaopatrzone w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych, szwy z oznaczeniem rozmiaru wg skali USP oraz następujących różnicach w rozmiarach:

Pozycja 1: Igła okrągła ½ koła, pozostałe parametry zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – grupa 12, poz. 1.

Pozycja 2: Igła okrągła ½ koła, pozostałe parametry zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – grupa 12, poz. 2.

Pozycja 3: Igła 26 mm, pozostałe parametry zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – grupa 12, poz. 3.

Pytanie nr 192 –

Czy Zamawiający w ramach Grupy 20, 21, 22, 23 dopuści możliwość zaoferowania implantów z rocznym okresem sterylności?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w ramach Grupy 20, 21, 22, 23 możliwość zaoferowania implantów z rocznym okresem sterylności.

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymagania określone w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 193 –

Czy Zamawiający w grupie 13 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Trokar klasyczny z okrągłym balonem o pojemności 10ml, mogący służyć do rozdzielania i do wytworzenia przestrzeni oraz rozdzielania tkanek podczas zabiegów laparoskopowych, wyposażony w mechanizm pompowania balona powietrzem za pomocą dołączonej strzykawki, śr. 10-12 mm?



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 194 –

dotyczy pakietu nr 21, Czy Zamawiający dopuści:

Poz.1

W skład kompletu wchodzi:

- gwóźdź typu gamma 180mm,260mm średnica $\varnothing 9$, $\varnothing 11$, $\varnothing 13$ mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,
- śruba doszyjkowa $\varnothing 10.5$ mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość od 70 mm do 130 mm, sterylna,
- instrumentarium pozwala na wykonanie śródoperacyjnej kompresji międzyodłamowej
- śruba zaślepiająca,
- śruba dystalna $\varnothing 5$ mm, o długości od 20mm do 80 mm, sterylna.

Oraz istnieje możliwość założenia dodatkowo antyrotacyjnej śruby doszyjkowej $\varnothing 5$ mm, dł.70-110 mm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 195 –

dotyczy pakietu nr 21, Czy Zamawiający dopuści:

Poz.2

W skład kompletu wchodzi:

- gwóźdź typu gamma długi 260-460mm,260mm , prawy i lewy, średnica $\varnothing 9$, $\varnothing 11$, $\varnothing 13$ mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,
- śruba doszyjkowa $\varnothing 10.5$ mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość od 70 mm do 130 mm, sterylna,
- instrumentarium pozwala na wykonanie śródoperacyjnej kompresji międzyodłamowej
- śruba zaślepiająca,
- śruba dystalna $\varnothing 5$ mm, o długości od 20mm do 80 mm, sterylna.

Oraz istnieje możliwość założenia dodatkowo antyrotacyjnej śruby doszyjkowej $\varnothing 5$ mm, dł.70-110 mm



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 196 –

Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie grupy 37 poz. 1 stapler okrężny o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań:

- jednorazowy stapler okrężny, wygięty, rozmiar staplera 21mm,
- kontrolowany docisk tkanki w zakresie 1,0-2,0mm - z wyodrębnionym na wskaźniku skali docisku obszarem bezpiecznej wysokości zamknięcia zszywki,
- wysokość otwartej zszywki 4,5 mm.
- czarna powłoka antyrefleksyjna.
- dodatkowa przedłużka (min 10cm) do połączenia z główką staplera.
- oprócz wersji standardowej dostępna również jego wersja przedłużona - długość staplera 52cm.

Jest to rozwiązanie, które używane było przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 37, poz. 1, dopuszcza produkt o parametrach:

- jednorazowy stapler okrężny, wygięty, rozmiar staplera 21mm,
- kontrolowany docisk tkanki w zakresie 1,0-2,0mm - z wyodrębnionym na wskaźniku skali docisku obszarem bezpiecznej wysokości zamknięcia zszywki,
- wysokość otwartej zszywki 4,5 mm.
- czarna powłoka antyrefleksyjna.
- dodatkowa przedłużka (min 10cm) do połączenia z główką staplera.
- oprócz wersji standardowej dostępna również jego wersja przedłużona - długość staplera 52cm.

Pytanie nr 197 –

Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie grupy 37 poz. 2 stapler okrężny o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań:

- jednorazowy stapler okrężny, wygięty, rozmiar staplera 25mm,
- kontrolowany docisk tkanki w zakresie 1,0-2,0mm - z wyodrębnionym na wskaźniku skali docisku obszarem bezpiecznej wysokości zamknięcia zszywki,
- wysokość otwartej zszywki 5,0 mm.
- czarna powłoka antyrefleksyjna.
- główka w kształcie pełnego stożka prostego z otworem umożliwiającym zabezpieczenie szwem
- dodatkowa przedłużka (min 10cm) do połączenia z główką staplera.
- oprócz wersji standardowej dostępna również jego wersja przedłużona - długość staplera 52cm.

Są to rozwiązania, które używane były przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 37, poz. 2, dopuszcza produkt o parametrach:

- jednorazowy stapler okrężny, wygięty, rozmiar staplera 25mm,
- kontrolowany docisk tkanki w zakresie 1,0-2,0mm - z wyodrębnionym na wskaźniku skali docisku obszarem bezpiecznej wysokości zamknięcia zszywki,
- wysokość otwartej zszywki 5,0 mm.
- czarna powłoka antyrefleksyjna.
- główka w kształcie pełnego stożka prostego z otworem umożliwiającym zabezpieczenie szwem
- dodatkowa przedłużka (min 10cm) do połączenia z główką staplera.
- oprócz wersji standardowej dostępna również jego wersja przedłużona - długość staplera 52cm.

Pytanie nr 198 –

Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie grupy 37 poz. 3 stapler okrężny o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań:

- jednorazowy stapler okrężny, wygięty, rozmiar staplera 28mm,
- kontrolowany docisk tkanki w zakresie 1,0-2,0mm - z wyodrębnionym na wskaźniku skali docisku obszarem bezpiecznej wysokości zamknięcia zszywki,
- wysokość otwartej zszywki 5,0 mm.
- czarna powłoka antyrefleksyjna.
- dodatkowa przedłużka (min 10cm) do połączenia z główką staplera.
- oprócz wersji standardowej dostępna również jego wersja przedłużona - długość staplera 52cm oraz wersja krótka prosta –długość staplera 34,5cm.

Są to rozwiązania, które używane były przez Zamawiającego.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 37, poz. 3, dopuszcza produkt o parametrach:

- jednorazowy stapler okrężny, wygięty, rozmiar staplera 28mm,
- kontrolowany docisk tkanki w zakresie 1,0-2,0mm - z wyodrębnionym na wskaźniku skali docisku obszarem bezpiecznej wysokości zamknięcia zszywki,
- wysokość otwartej zszywki 5,0 mm.
- czarna powłoka antyrefleksyjna.
- dodatkowa przedłużka (min 10cm) do połączenia z główką staplera.
- oprócz wersji standardowej dostępna również jego wersja przedłużona - długość staplera 52cm oraz wersja krótka prosta –długość staplera 34,5cm.

Pytanie nr 199 –

Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie grupy 37 poz. 4 stapler okrężny o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań:

- jednorazowy stapler okrężny, wygięty, rozmiar staplera 32mm,
- kontrolowany docisk tkanki w zakresie 1,0-2,0mm - z wyodrębnionym na wskaźniku skali docisku obszarem bezpiecznej wysokości zamknięcia zszywki,
- wysokość otwartej zszywki 5,0 mm.
- czarna powłoka antyrefleksyjna.
- dodatkowa przedłużka (min 10cm) do połączenia z główką staplera.
- oprócz wersji standardowej dostępna również jego wersja przedłużona - długość staplera 52cm oraz wersja krótka prosta –długość staplera 34,5cm.

Są to rozwiązania, które używane były przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, w zakresie grupy 37, poz. 4, dopuszcza produkt o parametrach:

- jednorazowy stapler okrężny, wygięty, rozmiar staplera 32mm,
- kontrolowany docisk tkanki w zakresie 1,0-2,0mm - z wyodrębnionym na wskaźniku skali docisku obszarem bezpiecznej wysokości zamknięcia zszywki,
- wysokość otwartej zszywki 5,0 mm.
- czarna powłoka antyrefleksyjna.
- dodatkowa przedłużka (min 10cm) do połączenia z główką staplera.
- oprócz wersji standardowej dostępna również jego wersja przedłużona - długość staplera 52cm oraz wersja krótka prosta –długość staplera 34,5cm.

Pytanie nr 200 –

Czy Zamawiający w grupie nr 19 poz. 2, 3 i 4 tam gdzie wymagany jest ładunek naczyniowy wymaga zaoferowania również ładunków naczyniowych z zakrzywioną dystalną częścią kowadełka? Zamawiający każdorazowo przy użyciu ładunków naczyniowych będzie miał możliwość wyboru ładunków z prostym lub zakrzywionym na końcu kowadełkiem.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również ładunek naczyniowy z zakrzywioną, dystalną częścią kowadełka.

W przypadku pozostałych parametrów Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 201 –

Grupa 41

poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy do biopsji stycznych. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 4,0 mm, rozwarciu 8mm. łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia szary. Obszar zastosowania kodowany kolorystycznie i graficznie na każdym opakowaniu jednostkowym. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 202 –

Grupa 42

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej sterylnej pętli typu COLD do polipektomii na zimno, drut pleciony o średnicy 0,30 mm dla średnicy otworu 10mm i 15mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 203 –

Grupa 42

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej sterylnej pętli typu COLD do polipektomii na zimno, z funkcją rotacji, drut pleciony o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 204 –

Grupa 42

Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej pętli wielostopniowej do resekcji zmian płaskich (mukozektomii) wykonanej z drutu plecionego, drut spleciony luźno tworząc pętliki dla lepszego uchwycenia płaskiej zmiany. Pętla z pamięcią kształtu średnica pętli regulowana w zakresie 3 wielkości: 6-10-30mm, średnica katetera 2,4mm, dł. robocza 230cm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu, z 3 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji medycznej, zawierającymi numer katalogowy, numer LOT oraz datę ważności. Dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym. Opakowanie handlowe= 10szt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 205 –

Grupa 42

Poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli z siatką chwytającą; jednorazowa, w kształcie oktagonu w celu łatwiejszego dotarcia do trudnodostępnych miejsc, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 35mm. Średnica narzędzia 2,5mm, długość robocza 2300mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 206 –

Grupa 43

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,7 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablockowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 207 –

Grupa 43

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 22°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancierz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablockowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskopu. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 208 –

Grupa 44

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy 3- lub 4-ramiennych do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
HACCP

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 209 –

Grupa 46

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronnej o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2300mm lub 3000mm (do wyboru przez Zamawiającego). Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronnej o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2300mm lub 3000mm (do wyboru przez Zamawiającego). Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Pytanie nr 210 –

Grupa 48

Poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustników jednorazowych wykonanych z polietylenu, bez zawartości DEHP oraz lateksu, o średnicy otworu głównego 22 x 25mm, z gumką tekstylną wstępnie założoną na ustnik. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustniki mikrobiologicznie czyste, pakowane indywidualnie, każde opakowanie jednostkowe zawiera min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykietce głównej produktu. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z otworem.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza ustnik jednorazowy wykonanych z polietylenu, bez zawartości DEHP oraz lateksu, o średnicy otworu głównego 22 x 25mm, z gumką tekstylną wstępnie założoną na ustnik. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustniki mikrobiologicznie czyste, pakowane indywidualnie, każde opakowanie jednostkowe zawiera min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykietce głównej produktu. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z otworem

Pytanie nr 211 –

Grupa 49

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie korków do kanałów biopsyjnych gumowych, jednorazowych, mikrobiologicznie czystych, pakowane indywidualnie, każde opakowanie jednostkowe zawiera min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykietce głównej produktu. Kompatybilne z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza korki do kanałów biopsyjnych gumowych, jednorazowych, mikrobiologicznie czystych, pakowane indywidualnie, każde opakowanie jednostkowe zawiera min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykietce głównej produktu. Kompatybilne z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego).

Pytanie nr 212 –

Grupa 52

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaofierowania zestawu zaworów: powietrzno-wodny i ssący do aparatu producenta Pentax, jednorazowych, sterylnych. Opakowanie handlowe = 25 sztuk.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zaofierowania zestawu zaworów: powietrzno-wodny i ssący do aparatu producenta Pentax, jednorazowych, sterylnych. Opakowanie handlowe konfekcjonowane w ilości mieszczącej się w zakresie od 20 szt. - do 100 szt.

Zamawiający