

**Informacja o wpłynięciu pytań do zapytania ofertowego
na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji
dla ZZOZ w Wadowicach**

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji dla ZZOZ w Wadowicach, znak: 53/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Załącznik nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie kwasu nadoctowego, przeznaczonego do dezynfekcji manualnej lub półautomatycznej wstępnie już oczyszczonych wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych. Preparat jest roztworem gotowym do użycia – nie wymaga i nie posiada aktywatora. Użytkowany preparat zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Przydatność roztworu roboczego do użycia można potwierdzić przy pomocy pasków testowych. Wykazuje doskonałą tolerancję materiałową (oświadczenie producenta), ma szeroką skuteczność mikrobiologiczną, zapobiega tworzeniu się biofilmu, zawiera substancje chroniące przed korozją. Preparat jest kompatybilny ze sprzętem firmy: Choyang, Olympus (oświadczenie wykonawcy). Spektrum: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F, V (Polio, Adeno), S w czasie działania 5 min. Opakowanie a 5 L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. Jest to inny skład i inna stabilność roztworu roboczego.

Pytanie nr 2: Załącznik nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych w opakowaniach po 50 szt. pasków z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę.**

Pytanie nr 3: Załącznik nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestetycznego w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający chlorek didecyldimetyloamonowy, chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu). Preparat posiada bardzo wysoką tolerancję materiałową popartą badaniem korozji i zgodności materiałowej. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Preparat jest kompatybilny ze sprzętem firmy: Choyang, Olympus (oświadczenie wykonawcy) Opakowania 2 L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. Zamawiający wymaga do manualnego i maszynowego mycia i dezynfekcji.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia **22.11.2019r. do godz. 11:30.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **22.11.2019r. godz. 12:00.**

Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach
Beata Szafraniec

Otrzymują:
1 x Adresat (e-mail):
1) <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>
1 x a/a.