

Warszawa, dnia 30.08.2022 r.

Numer postępowania: **IMOL/ZP/25/2022**

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający niniejszym publikuje odpowiedź na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla Postępowania pn. „**Dostawa pipet jednokanałowych**”:

Dotyczy części 3, pkt. 3

Treść pytania:

Czy zamawiający dopuści pipety bez blokady objętości. Ustawianie objętości zlokalizowane jest pod przyciskiem dozującym, przez co przypadkowa jej zmiana jest praktycznie niemożliwa podczas pipetowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.