

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CPV 33190000-8

Nazwa	Nazwa handlowa	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zgrzewarka do drenów stacjonarna modułowa				kpl.	2				
<p>Charakterystyka jakościowa i techniczna sprzętu (aparatu) oraz skład jego wyposażenia :</p> <ol style="list-style-type: none"> Posiada znak CE. Urządzenie fabrycznie nowe. Musi zapewniać zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów pojemników na krew i jej składniki o średnicy do 6 mm bez ich uszkodzenia oraz bez konieczności regulacji urządzenia. Możliwość połączenia zgrzewarki w układ kaskadowy. Ilość elementów w kaskadzie zapewniająca wykonanie 5 pilotek. Skok segmentacji minimum 10mm w połączeniu kaskadowym. Elementy w kaskadzie powinny być skomunikowane ze sobą. Siła zgrzewu regulowana automatycznie. Czas zgrzewania regulowany automatycznie . Proces zgrzewania musi być wyzwalany automatycznie po umieszczeniu drenu w głowicy (bez żadnych dodatkowych czynności). Prawidłowość wykonanych zgrzewów wizualizowana za pomocą diod na panelu kontrolnym. Zaopatrzona w dźwiękowy i wizualny alarm sygnalizujący nieprawidłowe zgrzanie drenu lub jego nieuszczelność. Zaopatrzona w automatyczne uchwyty przytrzymujące dren w czasie zgrzewania. Zgrzewy z perforacją umożliwiającą separację bez użycia ostrych narzędzi. Temperatura zgrzewania nie może powodować niszczenia komórek krwi znajdujących się w drenach ani zmieniać parametrów zgrzewanego materiału. Wydajność ≥ 1000 zgrzewów na godzinę. Rozbieralna i łatwa w utrzymaniu w czystości głowica zgrzewająca. Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem się głowicy zgrzewającej. Musi być zasilana prądem zmiennym o napięciu 230 V. Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu szkolenia nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez zamawiającego. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszt robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. 									

26. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin.
27. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni.
28. Na czas naprawy powyżej 7 dni dostawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym.

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,
- instrukcja w języku polskim,
- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

.....
(Podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

Lp.	Nazwa miejsca dostawy	Adres miejsca dostawy	Telefon kontaktowy	Ilość
1	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Warszawa Część Podstawowa	ul. Szaserów 128 04 – 349 Warszawa	261-816-215	1
2	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Gdańsku	ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk	261-216-531	1