



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 820/21

Poznań, dnia 28.12.2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-143/21 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę z instalacją automatycznego licznika komórek z pomiarem fluorescencji wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.**

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 7:

Zamawiający zapisał:

„Termin podjęcia naprawy przedmiotu umowy wyznacza się na maksymalnie 2 dni od daty zgłoszenia awarii, usterki lub wady przez Zamawiającego.“

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Termin reakcji serwisu na zgłoszenie usterki przedmiotu umowy wyznacza się na maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia awarii, usterki lub wady przez Zamawiającego.“

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na korektę ww. zapisu.

Pytanie 2: dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 8 i 9:

Zamawiający zapisał:

„ 8. Naprawa gwarancyjna musi być wykonana w terminie – maksymalnie 5 dni liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie.

9. Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie, to jest od otrzymania na piśmie bądź mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie przedmiotu umowy. Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować.

Wnosimy o usunięcie w/w zapisów i zastąpienie ich jednym, nowym o treści:

„Naprawa gwarancyjna musi być wykonana w terminie – maksymalnie 21 dni liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie.“

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

*Opracował: Wojciech Cyż
nr telefonu: 61 854 62 35
e-mail: dzp@ump.edu.pl*