

Szanowni Państwo.

Przesyłam odpowiedzi na pytania od Wykonawców do postępowania ID 573654 na dostawę z instalacją i szkoleniem wysokociśnieniowego homogenizatora:

1) Czy zamawiający dopuści homogenizator wysokociśnieniowy o wydajności 6 l/h i o gwintowych podłączeniach wejścia/wyjścia przy zachowaniu pozostałych parametrów urządzenia?

Tak, dopuszczamy homogenizator wysokociśnieniowy o wydajności 6 l/h i o gwintowych podłączeniach wejścia/wyjścia przy zachowaniu pozostałych parametrów urządzenia.

2) Czy przewidują Państwo możliwość dołączenia następujących zapisów do umowy w części dotyczącej warunków gwarancji (paragraf 3):

"Gwarancja nie obejmuje części zużywających się naturalnie, takich jak: tłoki i nurniki, uszczelnienia i uszczelki, elementy zaworów homogenizujących, zawory i gniazda zaworów, filtry, żarówki, bezpieczniki, łożyska i panewki, sprężyny, złącza, koła pasowe i pasy napędowe.

ZAMAWIAJĄCY zachowuje prawo do gwarancji pod warunkiem użytkowania Przedmiotu UMOWY zgodnie z instrukcją obsługi i wykonywania przeglądów i serwisów okresowych zgodnie z dostarczoną dokumentacją do przedmiotu UMOWY. Serwis w okresie trwania gwarancji należy zlecać do WYKONAWCY pod rygorem utraty gwarancji.

W przypadku zgłoszenia awarii urządzenia wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji, a w szczególności w przypadku stosowania nieodpowiednich surowców i materiałów eksploatacyjnych lub stosowania nieodpowiedniego źródła zasilania, lub w przypadku nieuzasadnionego wezwania WYKONAWCY, WYKONAWCA może obciążyć ZAMAWIAJĄCEGO kosztami akcji serwisowej.

WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez ZAMAWIAJĄCEGO szkodę, w szczególności za straty w produkcji, zniszczenie lub utratę surowców lub produktu, jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie, jeżeli są one skutkiem niewłaściwego użytkowania Urządzenia będącego przedmiotem UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO bądź wynikiem przerwy związanej z koniecznością przeprowadzenia przez WYKONAWCĘ napraw urządzenia lub wymian części lub podzespołów."

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pytaniami, wskazujemy, że nie znajdujemy podstaw wprowadzenia zapisów do umowy proponowanych w zakresie gwarancji. Wskazujemy, że każda z części urządzenia zużywa się w naturalny sposób. Przyjęcie zatem, że gwarancja nie obejmuje części zużywających się naturalnie, oznaczałoby, że zamawiający nie miałby roszczeń z tytułu gwarancji. Zamawiający nie będzie wykorzystywał urządzenia w procesie produkcji (np. w fabryce), a jedynie do prac badawczych w ramach grantu. Zamawiający nie może wyrazić zgody na ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy do rzeczywistej szkody. Przeszłość w pracach badawczych realizowanych na podstawie umów z jednostkami finansującymi badania naukowe, może powodować powstanie u zamawiającego utraconych korzyści (np. utrata źródeł finansowania na skutek nie wykonania badań w czasie trwania projektu na skutek nie podjęcia się naprawy gwarancyjnej).

Z oczywistych względów, naprawa gwarancyjna dotyczy tylko elementów, które się zepsuły (na skutek np. wady materiału lub przedwczesnego zużycia przed końcem okresu gwarantowanej pracy) w okresie minimum 12 miesięcznej wymaganej gwarancji przy prawidłowym (zgodnym z instrukcją producenta) użytkowaniu urządzenia. Jeżeli producent urządzenia wymagana przeglądów gwarancyjnych po określonym okresie użytkowania w celu utrzymania gwarancji, to koszty przeglądu należy również wliczyć do ceny urządzenia. Naprawa gwarancyjna nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych, np. kupowanych przez Zamawiającego własnym zakresie.

3) Czy możliwe jest ograniczenie łącznej, maksymalnej wysokości kar w paragrafie 4. punkt 3. do wysokości 10%? Czy wyrażają Państwo zgodę na zapis postaci:
"łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy."?

Wyrażamy zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 20% w par.4 ust.3 umowy.

Pozdrawiam

Błażej Szymański

Dział Obsługi Zakupów

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu