

Stęszew, dnia 14.06.2023 rok

IN.271.6.26.2023

Dotyczy: **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby ośrodka zdrowia w Stęszewie.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

**Pytanie 1.**

Aparat holter ciśnieniowy.

Pkt. 1 Zgodność ze standardami BHS i AAMI

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system spełniający normy ESH?

**Odpowiedź : TAK**

Pkt. 2 Przenośna walizka z paskiem.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z futerałem wraz z paskami, bez walizki?

**Odpowiedź : TAK**

Pkt. 3 Kabel optyczny USB.

Czy Zamawiający dopuści aparat z przewodem USB do komunikacji?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 2**

Dotyczy Zad. 7

1) Czy zamawiający dopuści do postępowania kozetkę o wadze 24 kg? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź : TAK**

**Pytanie 3**


Czy termometr który będzie miał pamięć pomiarową 32 pomiary będzie brany po uwagę?  
Pozostałe parametry są takie identyczne.

**Odpowiedź : TAK**

Otrzymują;

- 1.wykonawcy,
- 2.strona internetowa
- 3.a/a

**Sekretarz Gminy**  
  
mgr inż. Dorota Stachowiak

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Włodzisław Pinczak