

Kamienna Góra, 27.11.2024 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: **Dostawa implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DI-Z.26.31.2024**

- I. Działając na podstawie art.135 ust.1 i 6 oraz art.137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz.1320) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy ze względu na specyficzny asortyment tj. implant przygotowywany indywidualnie dla konkretnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej oraz wymagań lekarza Zamawiającego, zawarty w Części 2 poz. 8, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy: termin uzgodnienia i wykonania projektu – maksymalnie do 5 tygodni od daty udostępnienia dokumentacji konkretnego pacjenta, termin dostawy gotowego implantu – maksymalnie do 6 tygodni od daty akceptacji projektu i przekazania zamówienia Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawa implantu przygotowywanego indywidualnie dla konkretnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej oraz wymagań lekarza Zamawiającego, określonego w Części 2 poz. 8, zrealizowana była z uwzględnieniem następujących terminów:

- uzgodnienia i wykonanie projektu – maksymalnie do 5 tygodni od daty udostępnienia dokumentacji konkretnego pacjenta,
- termin dostawy gotowego implantu – maksymalnie do 6 tygodni od daty akceptacji projektu i przekazania zamówienia Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w zakresie Części 2 wyrazi zgodę na dostarczenie dwóch kompletnych systemów motorowych dedykowanych do zabiegów pierwotnych protezoplastyki stawu biodrowego umożliwiających cięcie / wiercenie / frezowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dwóch kompletnych systemów motorowych.

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, w obowiązkach Wykonawcy określonych dla Części 2 (zapisy pod tabelą) dokonuje się następującej zmiany:

Podpunkt o treści:

- *dostarczyć cztery kompletne systemy motorowe dedykowane do zabiegów pierwotnych protezoplastyki stawu biodrowego umożliwiające cięcie /wiercenie/, frezowanie,*

przyjmuje brzmienie:

- *dostarczyć dwa kompletne systemy motorowe dedykowane do zabiegów pierwotnych protezoplastyki stawu biodrowego umożliwiające cięcie /wiercenie/, frezowanie,*

- II. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu

Sławomir Antoniewski