

Konin, dnia 02.08.2023 roku

WSZ-EP-26/876/2023

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego, biurowo-administracyjnego, aparatury medycznej oraz fartuchów barierowych w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”, nr sprawy WSZ-EP-26/2023**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 10

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania do Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną drukarką termiczną? Takie rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, gdyż nie wymaga od użytkownika dodatkowego łączenia się z komputerem i przegrywania plików na inny dysk. Urządzenie automatycznie po zakończonym procesie dyfuzji generuje raport z danymi pomieszczenia, czasie itp. Dodatkowo zapisuje w pamięci 20 ostatnich cykli, więc jest możliwość wydrukowania raportu kilkakrotnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.7 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych w pkt. 17 i 19. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.