

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.24.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1. Dotyczy Zadania 54, punkty od 1 do 8.

Czy Zamawiający, wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w poniższych parametrach, które w pełni są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami firmy Stryker:

1	Dreny artroskopowe dobowe	Dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej. Dreny sterylne, kodowane kolorami. Przewód rurowy kasety napływu do użytku jednodniowego, stosowany w przypadku zabiegów wykonywanych w ciągu jednego dnia pracy do 24 godzin od pierwszego użycia. Kasety rozpoznawane przez pompę artroskopową.
2	Dreny artroskopowe – końcówka przedłużająca	Dreny artroskopowe w torze napływu (kończówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi kasetami dobowymi, kompatybilnymi z oferowanymi kasetami.
3	Dreny artroskopowe	Dreny artroskopowe jednorazowe w torze napływu do pompy artroskopowej w postaci kaset. Dreny / kasety kodowane kolorami, rozpoznawane przez pompę artroskopową.

4	Ostrza do shavera	Jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylne. Ostrza do tkanki miękkiej typu Aggressive Plus dostępne w średnicach : 3,5; 4,0; 5,0; 5,5 mm. Ostrza rozpoznawane przez konsolę shavera.
5	Ostrza do shavera	Jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylne. Ostrza do tkanki miękkiej typu Tomcat dostępne w średnicach : 3,5; 4,0; 5,0; 5,5 mm. Ostrza rozpoznawane przez konsolę shavera.
6	Ostrza do shavera	Jednorazowego użycia ostrza typu Round Burs do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylne. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 4,0; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza, rozpoznawane przez konsolę shavera.
7	Ostrza do shavera	Jednorazowego użycia ostrza typu Barrel Burs do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylne. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 4,0; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma i dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. rozpoznawane przez konsolę shavera
8	Ostrza do shavera	Jednorazowego użycia zagięte ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylne. W rozmiarach: 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm., rozpoznawane przez konsolę shavera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2. Dotyczy Zadania 54 pkt 9. Czy Zamawiający wyłączy do oddzielnego pakietu, punkt 9

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ poprzez usunięcie pozycji nr 9 z zadania 54.

W załączeniu

Formularz cenowy po modyfikacji – zad. 54.

Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji – zad 54.

Z poważaniem