



Do zainteresowanych

**Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ STOŁU OPERACYJNEGO BARIATRYCZNEGO  
WRAZ Z USŁUGĄ FINANSOWĄ**

**znak sprawy WSzSL/FZ-53/22**

UWAGA: ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ KORYGUJE OCZYWISTĄ OMYŁKĘ PISARSKĄ w pkt. 34

JEST: „Długość okna RTG od strony głowy - 100mm (+/- 20 mm)”.

ZOSTAJE POPRAWIONE NA: „Długość okna RTG od strony głowy - **1100mm** (+/- 20 mm)”.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. LECZNICTWA  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

*lek. med. Tomasz Uher*