

Katowice, dn. 28.06.2023r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 19,  
Nr sprawy: ZP-23-094UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1, Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści: Rurka tracheostomijna z termoplastycznego medycznego PVC, miękniętego w temperaturze ciała i dopasowującego się do dróg oddechowych pacjenta, sterylna, z otworem i bez otworu, rozm. 6, 7, 8, 9, 10. Skład: rurka zewnętrzna z kołnierzem, rurka wewnętrzna, kapturek, płytka przytrzymywana pierścieniem, kapturek ostonowy, opaska, koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony celem uniknięcia podrażnienia ścian tchawicy.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.**

### **Pytanie 2, Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki tracheostomijne

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.**

### **Pytanie 3, Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w naszym kraju i UE normami?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.**

### **Pytanie 4, Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na skrzydełkach, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.**