



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/4190/23

Data: 24.10.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup zestawu laparoskopowego wraz z montażem i uruchomieniem na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak sprawy: 3566/2023 w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia Załącznika nr 3 oraz wzoru umowy par. 2 ust. 3 oraz par. 5 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, ale wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2022 r.?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 24.10.2023 r. - Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy oraz Modyfikacji nr 2 z dn. 24.10.2023 r. Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 2

Dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie mogła przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 5 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 24.10.2023 r. - Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

PYTANIE nr 3

dot. SWZ do Załącznika nr 3 pkt 8,9 ,16– Zestaw laparoskopowy wraz z jego montażem i uruchomieniem na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. . Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego ilości drenów w punkcie 8,9,16.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 24.10.2023 r. - Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia poprzez doprecyzowanie ilości drenów wskazanych w punkcie 8, 9 i 16 jak niżej:

8	4 x Zestaw drenów wielorazowych do insuflacji
9	4 x Zestaw drenów wielorazowych do oddymiania lub 4 x Zestaw sterylnych drenów jednorazowego użytku, w przypadku, gdy zestaw posiada system pasywnego oddymiania poprzez dren z filtrem podłączany do trokara.
16	10 x Wielorazowy dren płuczący do pompy, min 20 użyć.

PYTANIE nr 4

Dot. SWZ do Załącznika nr 3 pkt 13– Zestaw laparoskopowy wraz z jego montażem i uruchomieniem na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. . Czy Zamawiający oczekuje 2 sztuki pojemników do sterylizacji, do każdej z optyk z punktu 11?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 24.10.2023 r. - Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia poprzez doprecyzowanie w pkt 13 ilości sztuk pojemników do sterylizacji jak niżej:

13	2 x Pojemnik do sterylizacji optyk (do pozycji 11) oraz 2 x Pojemnik do sterylizacji optyk (do pozycji 10)
----	--

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

