



Słupsk, dnia 29 listopada 2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz zestawu do osteotomii kolana”- nr postępowania 118/TP/2023

Na podstawie **art. 284 ust. 6** – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy części 3 poz. 5 i 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby instrumentarium AC Joint konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Części nr 3 pozycja 5, 27 było dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: Dotyczy części 3 poz. 6, 7, 8, 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby instrumentarium barkowe konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Części nr 3 pozycja 6, 7, 8, 20, było dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3: Dotyczy części 3 poz. 15-19, 29, 31, 32, 34-36

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby instrumentarium ACL konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Części nr 3 pozycja 15-19, 29, 31, 32, 34-36 było dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4: Dotyczy części 3 poz. 26

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby instrumentarium Scorpion barkowy konieczny do przeprowadzenia zabiegu dla Części nr 3 pozycja 26 było dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5: Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w związku z wymogiem przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą stosuje art. 107 ust. 2 i 4 oraz art. 223 ust. 1 ustawy Pzp.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6:

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści endoprotezę zgodnie z poniższą specyfikacją: Cementowana, pierwotna, trój-kłykciowa endoproteza stawu kolanowego składająca się z: komponentu udowego, komponentu piszczelowego przystosowanego do mocowania na stałe wkładki i polietylenowej wkładki. System musi zawierać dostępne w razie konieczności implanty rzepki, przedłużki piszczelowe, implanty w wersjach bezcementowej oraz z ruchomą wkładką (mobile bearing). Instrumentarium umożliwiające technikę operacyjną z referencją przednią i tylną do wyboru śródoperacyjnego. Instrumentarium zawierające narzędzia do badania napięcia więzadeł po każdym cięciu kostnym a w szczególności instrument umożliwiający zmniejszenie grubości dystalnego cięcia udowego na podstawie pomiaru napięcia więzadeł w wyproście.

Opcjonalnie:

Cementowana, pierwotna, anatomiczna endoproteza stawu kolanowego składająca się z: komponentu udowego, komponentu piszczelowego i polietylenowej wkładki. System musi zawierać dostępne w razie konieczności implanty rzepki, przedłużki piszczelowe i udowe oraz implanty rewizyjne. Instrumentarium umożliwiające technikę operacyjną z zachowaniem więzadła krzyżowego (CR, CS i PS do wyboru śródoperacyjnego). Instrumentarium umożliwiające klasyczną technikę operacyjną oraz technikę opartą o balans przedziału przyśrodkowego zapewniającą izometrię MCL. Implant przystosowany do współpracy z robotem operacyjnym umożliwiającym zastosowanie techniki balansu dynamicznego.

1. Komponent udowy CR/CS anatomiczny (lewy, prawy), jendopromieniowy w 9 rozmiarach dla każdej strony.
2. Komponent piszczelowy w 9 rozmiarach.
3. Wkładka polietylenowa w 8 grubościach z najmniejszą grubością 9 mm i największą powyżej 20 mm w wariantach: zachowującym PCL, z tylną stabilizacją bez stabilizującego bolca do zastosowania z zachowaniem lub resekcją PCL, z bolcem stabilizującym przy resekcji PCL.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zmówień Publicznych
Piotr Feszak