



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



L. dz.: DZP-793/23

Poznań, dnia 14.09.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy / Platforma zakupowa

Dotyczy: PN-72/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę z wniesieniem i instalacją aparatury medycznej na potrzeby działalności chirurgicznej wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) z podziałem na 2 części.

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1605, dalej ustawa Pzp), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Część 2: Tor wizyjny z narzędziami do małych stawów – 1 sztuka

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej w poz. Multidzielinowa pompa rolkowa-1 zestaw zamiast „minimalna wartość osiąganego ciśnienia 150 mmHg“ i wymaga „maksymalna wartość osiąganego ciśnienia 150 mmHg“

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza oraz publikuje skorygowany załącznik 3.2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla części 2).

Zmieniony, aktualny dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma. Złożenie nieaktualnego załącznika spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Załącznik:

1. Skorygowany załącznik nr 3.2. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla części 2)