

Kraków, 25.11.2021r.

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 11  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

DZ.271.90.801.2021

**Do wszystkich Uczestników  
postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

#### **Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert**

Dotyczy: postępowania przetargowego nr **DZ.271.90.2021** pn. **Zakup sprzętu do telemedycyny, zakup systemu do telekonsultacji medycznych oraz zakup oprogramowania antywirusowego w ramach projektu pn. "Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej", nr RPMP.12.01.02-12-0607/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 powiadamia zainteresowane strony, że przedłuża termin składania ofert do dnia 18.11.2021r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2021r. o godz. 09:30.


#### **Modyfikacja treści SWZ (1)**

Na podstawie art. 137 ustawy PZP Zamawiający zmienia zapisy SWZ. Poniżej wyszczególnione punkty SWZ przyjmują następujące brzmienie:

**Pkt. 11. SWZ Termin związania ofertą**  
Wykonawca jest związany ofertą do dnia **15.02.2022r.**

**Pkt. 16. SWZ Sposób oraz termin składania ofert**  
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> do dnia **18.11.2021 r. do godz. 09:00**

**Pkt. 17. SWZ Termin otwarcia ofert**  
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.11.2021 r., o godzinie 09:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

Dział Zamówień Publicznych  
KIEROWNIK  
  
mgr Marek Dzięwit



**Wyjaśnienia treści SWZ (1)  
dot. pakietu nr 1**

W związku z ww postępowaniem zostały zadane następujące pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza, żeby miarka do obwodu ciała nie była wyposażona w moduł Bluetooth i tym samym dane nie przesyłały się automatycznie do systemu Pro-PLUS, a były wpisywane ręcznie w Platformie?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

W związku z tym, że koszt zakupu wagi medycznej jest wysoki i sięga 10 tys złotych, a sama waga medyczna jest dość dużych rozmiarów i jest bardzo ciężka co znacząco utrudni transport do domu pacjenta i jej użytkowanie, czy zamawiający dopuszcza, żeby waga nie była urządzeniem medycznym, a urządzeniem o dokładności medycznej zapewniającej właściwą dokładność pomiarów?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuszcza aby pomiar saturacji w warunkach domowych był możliwy jedynie podczas spoczynku? Urządzenia do pomiaru saturacji w warunkach domowych nie umożliwiają pomiaru saturacji w ruchu.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający dopuszcza aby pomiar ciśnienia w warunkach domowych był możliwy jedynie podczas spoczynku? Urządzenia do pomiaru ciśnienia w warunkach domowych nie umożliwiają pomiaru ciśnienia w ruchu.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma.

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny  
Im. Jana Pawła II  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk