



ZPZ-2353- 989-1/24

Olsztyn, 28.02.2024 r.

- uczestnicy postępowania

Dot.: Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego”, znak sprawy: ZPZ-08/02/24

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ

W związku z zapytaniami uczestników postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi i wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Część nr 5 – Termomikser

Zamawiający specyfikując w pkt. 11: „ Przynajmniej 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów” wskazuje termomikser tylko jednego producenta, firmę Eppendorf. Jest to niezgodne z art. 99 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotyczącego uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści termomikser sterowany za pomocą dotykowego wyświetlacza bez 5 przycisków?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania ponieważ mogłoby ono utrudnić korzystanie ze sprzętu w rękawiczkach

Pytanie 2

Część nr 5 – Termomikser

Czy Zamawiający dopuści termomikser o wysokości 15,4 cm (to jest tylko o 4 mm wyższy od dopuszczonej)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o wysokości 15,4 cm.

Pytanie 3

Część nr 5 – Termomikser

Czy Zamawiający dopuści termomikser o wadze 10 kg? Jest to parametr nie wpływający na użytkowanie urządzenia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie termomiksera o wadze 10 kg.

Pytanie 4

Część nr 5 – Termomikser

Czy Zamawiający dopuści termomikser z prędkością schładzania 5,33°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia? Jest to parametr lepszy od wymaganego w SWZ, bowiem termomikser szybciej się schłodzi.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania z uwagi na fakt pracy na zwalidowanych procedurach, wymagających zakończenia procesu w określonym czasie.

Pytanie 5

Część nr 5 – Termomikser

Zamawiający specyfikując w pkt. 26: „ Najczęściej używane funkcje- takie jak ustawianie parametrów temp. obrotów i timera, a także short mix oraz 5 bezpośrednio dostępnych wstępnie ustawianych przycisków programów, które nie są ukryte w menu, znajdują się bezpośrednio na urządzeniu” wskazuje na termomikser tylko jednego producenta, firmę Eppendorf. Jest to niezgodne z art. 99 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotyczącego uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści termomikser sterowany za pomocą dotykowego wyświetlacza bez 5 przycisków oraz z oddzielnym przyciskiem Short i Run/Stop?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania ponieważ mogłoby ono utrudnić korzystanie ze sprzętu w rękawiczkach

**Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych, Główny Księgowy
mgr Magdalena Sapryka
/podpis na oryginale/**