

Bielsko-Biała dn.29.08.2022 r.

DZP.271.35.2022 -7

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.35.2022

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści monitor o dwa razy większej rozdzielczości (640x960) TFT LCD o przekątnej 3,5 cali - obraz będzie zdecydowanie bardziej wyraźny, a poszczególne funkcje w menu nie tylko będą oznaczone tekstowo ale także graficznie. Barwa światła została specjalnie dostosowana do wyższej rozdzielczości i będzie wyniosła nie mniej niż 5000K w jasności 600 luxów. Dzięki kamerze nagrywającej w jakości HD zapewniony zostanie zakres roboczy 10-80mm. Całość zestawu zapewnia zwiększenie komfortu pracy. Całość będzie spełniała rygorystyczne normy nowej dyrektywy MDR i Ustawy Ustaw z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, (która obowiązuje od 26 maja 2022 roku).

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie wymaganych stopni obrotu ekranu. Chcemy zwrócić uwagę, że obrót o 1 stopień wynika z błędów konstrukcyjnych (luz w połączeniu części) także spełni Państwa obecne wymagania. Jednak w naszym odczuciu zamawiającemu nie chodzi by był jakiś tam obrót a konkretny obrót pozwalający na wygodne dostosowanie pozycji ekranu. Standard na polskim rynku to: co najmniej 140 stopni w pionie i 210 stopni w poziomie. Prosimy o podanie wartości liczbowych w stopniach oddzielnie dla poziomu i oddzielnie dla pionu.

ODPOWIEDŹ:

Dopuszczamy ekran z możliwością obrotu min. lewo/prawo - 200°, góra/dół - 100°.

Pytanie 3

Wielorazowe łyżki do Wideolaryngoskopu w praktyce mogą służyć jedynie do 10krotnej dezynfekcji. W takim wypadku po tym okresie należy je wymienić na nowe. Analiza cen wskazuje, wskazuje, że zakup łyżki wielorazowej jest nieopłacalny a dodatkowo utrudnione jest wykonywanie procedur jedna po drugiej – potrzeba dezynfekcji. Prosimy o rezygnację z parametru. Pragniemy zaznaczyć, że nasze łyżki będą dostępne nie w 3 a w 4 rozmiarach + dodatkowym dla wyjątkowo trudnych intubacji. Taki wybór pozwala Państwu lepiej dobrać odpowiedni rozmiar. Dostarczymy Państwu 30 jednorazowych łyżek w wybranych przez Państwa rozmiarach (można wybrać dowolną liczbową konfigurację)

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość odtwarzania zdjęć i filmów ma być dostępna zarówno z poziomu komputera jak i urządzenia.

ODPOWIEDZ:

Tak, potwierdzamy

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie, które normy z poniżej wymienionych norm ochrony przed pyłem i ochrony przed wodą mają być spełnione. By rozwiązać wątpliwości prosimy wskazanie po jednej normie z każdej kategorii np.:

ochrona przed pyłem:

całkowita ochrona przed wnikiem pyłu

ochrona przed wodą:

ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku

Lista norm:

ochrona przed pyłem:

0 brak ochrony
1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
5 ochrona przed wnikiem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
6 całkowita ochrona przed wnikiem pyłu

ochrona przed wodą:

0 brak ochrony
1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie zamierza wskazywać konkretnych norm ochrony przed pyłem i wodą. Zamawiającemu zgodnie z OPZ zależy na odporności oferowanego urządzenia na środki dezynfekcyjne

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że przez rozdzielczość 640x480 zamawiający rozumie:

Wysokość minimum 640 pikseli

Szerokość minimum 480 pikseli



ODPOWIEDŹ:

min. 640x480 to rozdzielczość ekranu liczona z pikselach, orientacja ekranu pozioma.

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie systemu przeciwko parowaniu niezagrażającemu bezpieczeństwu operatora i pacjenta (brak ryzyka poparzenia). Bezpieczny system, który proponujemy to pokrycie łyżek powłoką przeciwdziałającą zaparowaniu – antifog.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga funkcji anti fog bez wskazania na techniczny sposób jej uzyskania przez producenta.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga by monitor o których mowa w parametrach był przymocowany na stałe do urządzenia. W ten sposób unikniecie Państwo „dziwnych zestawów” składających się z Wideolaryngoskopu i stacjonarnego 15 calowego monitora do postawienia na biurku - takiego jak do standardowego komputera.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelną Pielęgniarką
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr Barbara Frymorgen

