



Dyrektor (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: sekretariat@szpital  
www.szpitalpila.pl

# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Piła, dn. 14.03.2022 roku

FZP.II-241/22/22/ZP

## SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERT

- Zamawiający:  
**Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1**  
REGON: 001261820, NIP: 764-20-88-098  
[www.szpital-pila.4bip.pl](http://www.szpital-pila.4bip.pl)
- Przedmiotem zamówienia jest: „GAZY MEDYCZNE IV”.
- Postępowanie prowadzone jest na podstawie §8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 rok .
- W terminie do dnia 21.02.2022 r. do godziny 09:30 wpłynęły poniższe oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy, adres	Oferowana wartość brutto w PLN	Suma pkt.
1	Air Liquide Polska Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 9 31-358 Kraków	77 725,47 zł	-
2	Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, Kraków 31-864	78 532,89 zł	100,00

- Dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty

Nazwa Wykonawcy, adres	Oferowana wartość brutto w PLN	Suma pkt.
Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, Kraków 31-864	78 532,89 zł	100,00

- Informacja o odrzuceniu oferty:  
Zamawiający odrzuca ofertę firmy: Air Liquide Polska Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymaganiami określonymi w udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach dotyczącymi treści zapytania ofertowego.  
W instrukcji dotyczącej informacji zaworu dozującego wynika, iż składa się z dwóch części które należy rozkręcić w celu przeprowadzenia dezynfekcji.  
Z dostarczonych dokumentów nie można jednoznacznie potwierdzić zgodność z treścią zapytania ofertowego - brak informacji dotyczącej konfekcjonowanych jednorazowych elementów w jednym opakowaniu jednostkowym oraz brak jednoznacznej informacji na temat posiadania ustnika z filtrem.
- Zamawiający w dniu 16.03.2022 r. podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

*Dziękuję za udział w postępowaniu*