

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi
4 Wojskowy Szpital Kliniczny
Z Poliklinika - S.P.Z.O.Z.
Weigla 5
PL-50-981 WROCLAW

Data 10.09.2019
Nr zlecenia 3490241227
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Sebastian Szkwarkowski

Opis zgłoszenia

Przeegl d aparatu

Ogólna informacja

Urz dzenie	SOMATOM Definition	Data zgłoszenia	26.06.2019	10:34:34
Sygnatura	LAC00037	Zgłaszaj cy		
Numer urz dzenia	7740769	Nr Telefonu		
Numer seryjny	60528			
	MAR			
Kontrakt	940433775			
Opis Kontraktu				
Nr lokalizacji	060-1540000472-021	Status aparatu		

Zu ycie materiałów

Numer urz dzenia	Opis	Zu yte	Zwrot uszkodzonych
10161657	IRSmx1 air filter	1 SZT	0 SZT
10161717	filter-mat	2 SZT	0 SZT
10161804	EMC brush	1 SZT	0 SZT

Czas pracy

Data	Pocz tek	Koniec	Czas trwania	Aktywno
06.09.2019	12:00:00	17:30:00	05:30:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Wersja przezgl du: Wykonano przezgl d polroczny zgodnie z zaleceniami producenta.
 Filtry: Wymiana filtrów powietrza w aparacie.
 Szczotki: Czyszczenie komory pier cieni lizgowych; szczotki wymienione.
 Przebieg lampy: Przebieg lampy wynosi: lampa A 69177 skanosekund; lampa B 293405 skanosekund.
 Pomiary impedancji uziemie : Wyniki pomiarów przewodno ci przewodów ochronnych, w zakresie wykonywanych prac, w tolerancji.
 Testy QA: Testy stało ci parametrów Quality Assurance - w normie.
 Kopia zapasowa konfiguracji.
 Mozna wykonywac badania.

W przypadku usługi płatnej obci enie nast pi na podstawie cennika usług.


Raportowany czas pracy jest przy faktowaniu zaokr glany w gór z krokiem 0,5 godziny

Praca zako czona.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 10.09.2019
Nr zlecenia 3490241227
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Sebastian Szkwarkowski

Data 10.09.2019	Podpis in ynier 	Podpis u ytkownika
---------------------------	---	---------------------------