

Dotyczy: postępowania nr 30/W/23 na „Dostawa komory klimatycznej”

### Odpowiedzi na pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza komorę, której wahania wilgotności mieszczą się w zakresie od 1 do 3% RH?

Zamawiający dopuszcza komorę o waniach wilgotności mieszczącej się w zakresie 1 do 3% RH.

2. Prosimy o wskazania w jakich punktach temperaturowych i/lub klimatycznych komora ma być wzorcowana.

Komora ma być wzorcowana w :

-40°C

80°C/95% wilg.wzgl.

85°C/85% wilg.wzgl.

3. Czy Zamawiający dopuszcza komorę o objętości 190 litrów, której wymiary zewnętrzne wynoszą 1785/870/1500 (wys./szer./gł)?

Zamawiający nie dopuszcza komory o podanych parametrach ponieważ, wymiary zewnętrzne przekraczają dopuszczalne wymiary usytuowania komory w laboratorium.

4. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wymaga dostarczenia komory ESPEC typ PL-1J. Czy Zamawiający dopuści komorę równoważną spełniającą wszystkie parametry techniczne zgodnie z załączonym wykazem?

Zamawiający w zapytaniu ofertowym umieścił nazwę komory poglądowo, celem ułatwienia Wykonawcom identyfikacji oczekiwanej Zamawiającego. Wykonawcy są zobowiązani przedstawić ofertę na urządzenie, które spełnia wszystkie parametry techniczne opisane w zapytaniu ofertowym.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania Ofertowego.

Pozostałe postanowienia Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.

