



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 21.06.2022 r.

Do wszystkich  
uczestników postępowania  
Znak sprawy – PN 35/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2022/S 100-276200 z dnia 24.05.2022 r. Znak sprawy – PN-35/2022 – Dostawa aparatury medycznej dla Szpitala im. prof. M. Weissa przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie oraz Szpitala Kolejowego przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1- Pakiet 13**

Urządzenie jakie chciałby zaoferować Wykonawca jest urządzeniem przenośnym i współpracuje ze smartfonem, którego co do zasady nie podłącza się do szpitalnych sieci RIS/PACS, dlatego w związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 17 czerwca 2022 r., w której potwierdził dla pakietu 13 wymóg integracji oraz zakupu licencji prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanych urządzeń do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy oraz objęcia gwarancją elementów zapewniających poprawną komunikację sprzętu z systemem RIS/PACS, jako niezasadnego dla tego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia ww. licencji.**

### **Pytanie 2- Pakiet 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego wideolaryngoskopu do trudnych intubacji o następujących parametrach:

#### **Punkt 1:**

Wideolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 ‘‘

Kamera 320 x 240 (QVGA)

Brak możliwości rejestracji zdjęć i filmów

Łyżki laryngoskopu o specjalnym kształcie umożliwiającym intubację trudnych dróg oddechowych. Posiadające kanał prowadzący rurkę intubacyjną, co znacznie ułatwia oraz skraca czas intubacji

Łyżki jednorazowe – czyste mikrobiologicznie

Wbudowany port micro USB

Urządzenie zasilane 3 bateriami typu AAA. W zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 270 min ciągłej pracy.

Urządzenie nie wymaga sterylizacji. Producent zaleca czyszczenia przy użyciu chusteczek Super Sani-Cloth, co znacznie skraca czas czyszczenia oraz dostępności do ponownego użycia wideolaryngoskopu.

Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w USA, rok produkcji 2021

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości rejestracji zdjęć i filmów.**