

Piotrków Trybunalski, 23-05-2019 r.

SPZ.271.2.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego przez Miasto Piotrków Trybunalski na:

***Dostawę, montaż urządzeń AED wraz z zarządzaniem siecią AED w ramach budowy systemu defibrylatorów w przestrzeni publicznej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego***

.....

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenia  
zamówienia publicznego**

W związku z wpływem pisma z propozycją modyfikacji w zapisach specyfikacji przedstawionej w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający ustosunkowuje się następująco:

- wycofanie zapisu „Poziom odporności na uszkodzenia min. IK 10 (uderzenie 5 kg ciężarkiem z wysokości 40 cm z energią 20 J)”;

**Zamawiający utrzymuje powyższy wymóg. Zamawiającemu zależy na najwyższym poziomie ochrony przed uderzeniami mechanicznymi szafki z defibrylatorem, znajdującym się w zewnętrznej przestrzeni publicznej.**

- wycofanie się z wymogu jednorodności szafek zewnętrznych i wewnętrznych;

**Zamawiający utrzymuje powyższy wymóg. Spełnienie wymogu jednorodności zapewni rozpoznawalność defibrylatorów w przestrzeni publicznej.**

- wycofanie z zapisu „obudowa z materiału ABS lub innego tworzywa wysokoudarowego”

**Zamawiający utrzymuje powyższy wymóg. Spełnienie wymogu zapewni zakup szafek do defibrylatorów wysokiej jakości, odpornych na uszkodzenia.**

**KIEROWNIK**  
Referatu Spraw Społecznych  
Grzegorz Janowski

