



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg
tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/31/2020

Dostawa plastrów, opatrunków specjalistycznych i szwów

Elbląg, dnia 09.10.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania nr **ZP/31/2020** na dostawę plastrów, opatrunków specjalistycznych i szwów

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawców o poniższej treści:

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylne go opatrunku włókninowego z klejem poliakrylowym, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku przezroczystego z wycięciem?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie 3 Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4 Dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, złożony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910), pleciony, powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poliglikolowego (poliglaktyna 370) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50, podtrzymywanie tkankowe 28-35 dni, okres wchłaniania 60-70 dni, o zachowaniu pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, po 21 dniach - 50%, po 28 dniach - 25%?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5 Dotyczy Pakietu nr 13 poz.10

Czy Zamawiający dopuści szew z igła bez określenia „odczepiana”?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 6 Dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków pakowanych po 100sztuk

Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Pytanie 7 Dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunków bez dodatkowej podkładki?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 8 Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków pakowanych po 100sztuk?

Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Pytanie 9 Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7x8,8cm?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie 10 Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku ze wzmocnionymi włóknina skrzydełkami?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 11 Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku z podkładką?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 12 Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski