



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z / 2234 /2022

Data: 27.05.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę odczynników do badań hematologicznych oraz pasków do badania moczu wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy: 1900 / 2022.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaproponowanie fabrycznie nowego aparatu pomocniczego wyposażonego w automatyczny podajnik dokładnie tak samo jak aparat główny? Zaproponowane przez nas w pełni automatyczne rozwiązanie zwalnia operatora z wykonywania dodatkowych czynności manualnych oraz dodatkowo stanowi aparat pomocniczy o analogicznych parametrach jak aparat podstawowy, a ponad to nie zawyża wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 20 zezwoli na stosowanie maksymalnie 6 odczynników niezbędnych do pracy aparatu głównego? Zaproponowana ilość odczynników dotyczy wyłącznie aparatu głównego z możliwością oznaczania retikulocytów. Dla aparatu pomocniczego, nie wykonującego oznaczeń RET, ilość używanych odczynników nie przekracza wyspecyfikowanej ilości.

Proponowane przez nas rozwiązanie wynika jedynie z technologii pracy analizatora nie zmieniając przy tym komfortu pracy, a przede wszystkim nie podnosząc kosztów eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 21 dopuści zaoferowanie materiału kontrolnego na trzech poziomach, osobnego dla parametrów krwi obwodowej i retikulocytów?

Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest wyłącznie odmienną metodą dającą w rezultacie ten sam efekt. Osobny materiał kontrolny nie wymaga od Operatora wykonania dodatkowych czynności manualnych, odmienna metoda różni się wyłącznie większą ilością fiolek z kontrolami które należy ustawić na statywie, gdyż cały proces odbywa się w sposób automatyczny w bardzo krótkim czasie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

