



Słupsk, dnia 13.02.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej” - nr postępowania 15/TP/2024

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Pytanie 1 Pakiet 1 Pozycja 23,34,35,43,48,49,50,57,58,59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna konstrukcja łącząca tak różne asortymentowo artykuły znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione koszty. W przedmiotowym postępowaniu konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów (zawłaszcza przedsiębiorców małych i średnich), i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 2:

Pytanie 2 Pakiet 1 Pozycja 21

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: EA023C3I.

Pytanie nr 3:

Pytanie 3 Pakiet 1 Pozycja 34

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego adaptera.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że numer katalogowy to S0190TS-L.

Pytanie nr 4:

Pytanie 4 Pakiet 1 Pozycja 48

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: S0099B-L.

Pytanie nr 5:

Pytanie 5 Pakiet 1 Pozycja 49

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: S0165B-L.

Pytanie nr 6:

Pytanie 6 Pakiet 1 Pozycja 50

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że numer katalogowy to: S0003B-I.

Pytanie nr 7:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2 - 4: 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Załącznika nr 2 Część 1, punkt 41

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla dzieci w przedziale wagowym 10-50 kg?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Załącznika nr 2 Część 1, punkt 46

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla dzieci w przedziale wagowym 3-15 kg?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Załącznika nr 2 Część 1, punkt 47

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla dzieci w przedziale wagowym 3-15 kg?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Załącznika nr 2 Część 1, punkt 55

Czy Zamawiający dopuści opaski z otworami okrągłymi, które będą kompatybilne ze wszystkim czujnikami typu Y z tego postępowania?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Dotyczy: Część II – Wzór umowy - §3

Prosimy o zmianę terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia z 3 do 10 dni roboczych od wpłynięcia zamówienia.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Foszak