

Piotrków Trybunalski, 17-05-2019 r.

SPZ.271.2.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia wyłączzonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego przez Miasto Piotrków Trybunalski na:

Dostawę, montaż urządzeń AED wraz z zarządzaniem siecią AED w ramach budowy systemu defibrylatorów w przestrzeni publicznej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenia
zamówienia publicznego**

Odpowiedź na wiadomość:

Zwracamy się z prośbą o zmianę kilku punktów, co pozwoli na złożenie ofert przez kilku producentów sprzętu AED oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

Lp.	Zapis nr	TREŚĆ	PROŚBA O ZMIANĘ NA	UZASADNIENIE
1.	5d	wymiana baterii nie może powodować konieczności wymiany elektrod.	USUNIĘCIE	Zapis powstał w celu zablokowania możliwości składania ofert przez firmy oferujące AED z systemem zintegrowanych baterii z elektrodami, pomimo, że jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Producenci sprzętów nie posiadających takiej funkcji, udostępniają często Zamawiającym specyfikacje z takim zapisem, po to by wykluczyć sprzęt będących dla nich największą konkurencją. W przypadku posiadania systemu zintegrowanej baterii z elektrodami - w każdym przypadku użycia AED – wymieniamy element elektrod + baterii bezpłatnie – więc nie stanowi to żadnego kosztu.

				<p>Dodatkowo zyskują Państwo baterię o nowym terminie przydatności na kolejne lata (brak kosztu zakupu) i koszt bezpłatnych elektrod. W przypadku producentów, gdzie te dwa elementy występują oddzielnie – są Państwo zmuszeni do ponoszenia kosztów wymiany elektrod na nowe. Nie widzimy więc uzasadnienia dla utrzymania zapisu, który powoduje, że użycie defibrylatora generuje koszty podczas gdy istnieją na rynku rozwiązania, pozwalające na ich uniknięcie.</p>
2.	9	urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym	Autotesty cotygodniowe z gwarancją wykrywania usterki natychmiastowo	<p>W nowoczesnych defibrylatorach AED, w których autotesty przeprowadzane są w trybie cotygodniowym, codzienna gotowość do pracy dodatkowo oznaczona jest wskaźnikiem widocznym na panelu głównym urządzenia. Oznacza to, że w przypadku awarii/ usterki lub słabej baterii urządzenie wskazuje problem niezależnie od autotestów i dzieje się to natychmiast po jej wystąpieniu, co jest gwarancją bezpiecznego działania niezależnie od cyklu w jakim przeprowadzane są autotesty.</p>

Odpowiedzi:

Ad. 1 Punkt nr 5d w OPZ – zamawiający przychyliła się do prośby usunięcia zapisu: wymiana baterii nie może powodować konieczności wymiany elektrod.

Ad. 2 Punkt nr 9 w OPZ – zamawiający zmienia dotychczasowy zapis „urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym” na sformułowanie: **Cotygodniowe autotesty z gwarancją wykrywania usterki natychmiastowo.**

KIEROWNIK
Referatu Spraw Społecznych
Grzegorz Janowski

