



**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Obsługa serwisowa urządzeń producenta GE Healthcare i Datex-Ohmeda będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - sprawa nr 19/TP/2023**

Na podstawie art. 284 ust. 6 – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Terminy przedstawienia dokumentów dot. zatrudnienia, §1 ust. 4

Wykonawca wnosi o wprowadzenie w §1 ust. 4 minimalnego terminu na przedstawienie dokumentów, o których mowa w ww. postanowieniu poprzez wskazanie: „(...) na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym jednak niż 7 dni roboczych w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 1), 2) i 3) oraz 21 dni roboczych w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 4) przedstawić w szczególności:”.

Czas, w jakim Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia odpowiednich wyjaśnień lub dowodów nie powinien być pozostawiony wyłącznie do decyzji Zamawiającego, a powinien pozostawać uzasadniony zakresem żądanych informacji, a przede wszystkim możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Wzór umowy.***

**Pytanie nr 2:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Zakres zatrudnienia, §1 ust. 5

Wykonawca zwraca się o sprostowanie brzmienia §1 ust. 5 poprzez wykreślenie sformułowania „oraz kierownik obiektu”, który to fragment pozostaje w oderwaniu od treści reszty umowy.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wykreśla omyłkowo dodany zapis. W załączeniu zmodyfikowany Wzór umowy.***

**Pytanie nr 3:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Harmonogramy przeglądów, §3 ust. 2 pkt 2)

W związku z treścią ww. postanowienia, Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy ostateczne terminy przeglądów podlegają obustronnemu ustaleniu przez strony umowy np. w formie mailowej lub telefonicznej potwierdzonej mailowo, a w związku z tym prosimy o potwierdzenie, że harmonogram, o którym mowa w tym postanowieniu będzie stanowił punkt wyjściowy dla szczegółowych ustaleń pomiędzy stronami?

Powyższe wynika ze znanych Wykonawcy praktyk szpitalnych, które wymagają umówienia każdorazowo przeglądu z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Tym samym w ocenie Wykonawcy optymalna pozostaje sytuacja, w której strony wspólnie wyznaczają ostateczny termin przeglądu.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż terminy przeglądów podlegają obustronnemu ustaleniu przez strony umowy.**

**Pytanie nr 4:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Zalecenia producenta, §3 ust. 2 pkt 3)

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 5:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Termin wykonania usługi, §3 ust. 3

W związku z tym, że zapis §3 ust. 3 może prowadzić w praktyce do nieuzasadnionego opóźnienia potwierdzenia realizacji usługi, Wykonawca wnosi o jego modyfikację, tak aby zgodnie ze stanem faktycznym datą realizacji był dzień zakończenia wykonania zadania:

„Za termin wykonania usługi przeglądu uważany będzie dzień wskazany w protokole/karcie pracy, potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Wzór umowy.**

**Pytanie nr 6:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Termin realizacji napraw, §3 ust. 9

Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania: „W przypadku gdy czas naprawy przypada na dni wolne od pracy to maksymalny czas naprawy wydłuża się o 48 godzin.”. W związku z tym, że terminy naprawy ustalono na czas przypadający w dni robocze ww. zapis pozostaje w ocenie Wykonawcy zbędny.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Wzór umowy.**

**Pytanie nr 7:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Gwarancja na usługi, §5 ust. 1 i 2

Prosimy o wyjaśnienie, co zdaniem Zamawiającego oznacza i co miałyby obejmować gwarancja jakości na „wykonywane usługi”?

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego udzielając gwarancji jakości gwarant (wykonawca) udziela gwarancji, że towar jest zgodny z umową. Zatem gwarancji jakości można udzielić wyłącznie na towary/rzeczy, czyli w przypadku umów serwisowych sprzętu medycznego na części zamiennie. Natomiast, zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego, w przypadku wadliwego wykonania usługi, Wykonawca z mocy samej umowy jest zobowiązany do ponownego jej wykonania na warunkach wskazanych w umowie.

W związku z powyższym w ocenie Wykonawcy w §5 ust. 1 powinien zostać wykreślony fragment: „gwarantuje należyłą jakość wykonywanych usług i” zaś w ust. 2 „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady wykonania usługi i udziela gwarancji na wykonane usługi min. 6 miesięcy od daty naprawy”.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.**

**Pytanie nr 8:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Zasady płatności za naprawy, §6 ust. 3 zdanie 4.

Przywołane postanowienie odwołuje się do §3 ust. 11, który nie ustala zasad płatności za materiały i części, w związku z czym zwracamy się o wykreślenie tego zapisu, jako zbędnego.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Wzór umowy.**

**Pytanie nr 9:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Kara umowna, §7 ust. 1

Zważywszy, że przy realizacji usług ewentualne odstąpienie/wypowiedzenie może odnieść skutek na przyszłość (ex nunc), w ocenie Wykonawcy nie wydaje się zasadne wyliczanie kwoty kary umownej za zerwanie umowy w odniesieniu do usług już rozliczonych pomiędzy stronami (uznanych za wykonane prawidłowo). Do odstąpienia może dojść bowiem po wielu miesiącach pomyślnej realizacji umowy, za co Wykonawca nie powinien być karany w wymiarze odnoszącym się do całego okresu obowiązywania kontraktu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ust. 1 stosownie do powyższego wyjaśnienia.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 10:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Kara umowna za zwłokę, §7 ust. 2 i 3

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych współczynnik kary umownej naliczanej za zwłokę powinien być określony w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1% (np. SO Łódź, XII C 698/19). Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zmianę współczynnika kary zastosowanego w ust. 2 i 3 na „0,2 %”.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Wzór umowy.**

**Pytanie nr 11:**

dotyczące wzoru umowy (Część II SWZ), Kary umowne dot. naruszenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, §7 ust. 5 i 6

Wykonawca nie kwestionuje spoczywających na nim obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, niemniej jednak w ocenie Wykonawcy postanowienia §7 ust. 5 i 6 kwalifikują się pod dyspozycję art. 433 pkt 2) ustawy Pzp, a w związku z tym ww. zapisy powinny zostać usunięte z treści umowy (przedmiotem umowy w rozumieniu art. 433 pkt 2) są usługi przeglądów technicznych i napraw serwisowych).

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12:**

dotyczące wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy następującej klauzuli:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać przeglądu lub naprawy sprzętu (starszego niż 10 lat) z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodzito to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych za przekroczenie terminów określonych w umowie i Planie Przeglądów (o ile dotyczy), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.

Wykonawca przygotowuje wtedy orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z użytkowania.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Wzór umowy.**

**Pytanie nr 13:**

dotyczy przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 (Formularz Cenowy), poz. 77

Wedle posiadanej przez Nas wiedzy aparat VIVID S70 - SN 211964S70N został wymieniony na nowy o numerach seryjnych SN 112197S70N. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie zaistniałej sytuacji i aktualizację numerów seryjnych dla pozycji 77 na SN 112197S70N.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. W załączeniu zmodyfikowany Formularz cenowy.**

***W załączeniu po modyfikacji***

Wzór umowy

Formularz cenowy

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak