



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 202/05/2022

Chrzanów, 20.05.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nr 54/2022 na dostawę łóżek elektrycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

1. **Dotyczy Umowy:** Czy Zamawiający dopuści wykonanie 3 napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy, taki sam lub odpowiednio równoważny (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad przedmiotu umowy w całości lub jego zasadniczej części?

Odp.: Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Dotyczy OPZ:

1. Czy Zamawiający łóżko o konstrukcji nośnej w postaci ramion wznoszących podpierających leże w 8 punktach?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami wynoszącą 995mm?
Odp.: Zgodnie z zapisami swz.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 2000x900mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-35°?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelburga 0-15°?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu anty-Trendelburga 0-15°?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370-735mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czasem zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej w zakresie max. 30 sekund?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dostępną funkcją Trendelenburga na pilocie przewodowym blokowaną przez personel medyczny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwignią CPR oznaczoną kolorem czerwonym umieszczoną w segmencie pleców?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty wykonane w formie jednorodnego, tworzywowego (Polipropylen) odlewu, o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami o grubości całkowitej min 20mm, odcinane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, wyposażone w dwa wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące około 70% długości szczytu, szczyty odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami lakierowanymi proszkowo, wykonanymi z 3 profili stalowych owalnych o wysokości 35mm i grubości 20mm składanymi wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez półki na pościel, ale z możliwością uzyskania przestrzeni na pościel na czas wymiany dzięki funkcji przedłużenia leża?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery pojedyncze koła o średnicy 125mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści materac dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 14 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z indywidualną blokadą kół?

Odp.: Nie.

19. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 100mm?

Odp.: Nie.

20. Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

21. Czy Zamawiający dopuści szafkę w której ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane są ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo?





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

22. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której czoła szuflad wykonane są z wytrzymałych i wodoodpornych odlewów tworzywowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

23. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem z tworzywa HPL o grubości 4mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

24. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w metalowy, lakierowany reling na rącznik pacjenta umieszczony na bocznej ścianie, dwa metalowe relingi przy blacie głównym oraz tworzywowe listwy na krawędziach blatu głównego, pełniące funkcję zabezpieczenia przed zsunięciem się przedmiotów np. szklanki, tym samym szafka nie musi posiadać i nie jest wyposażona w haczyk na rącznik oraz uchwyt na szklankę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

25. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym i głównym wyposażonymi na krawędziach w tworzywowe listwy w kształcie litery C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

26. Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą górną wyposażoną w odejmowany tworzywowy wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części o wysokości 82mm wysuwana na prowadnicach ślizgowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

27. Czy Zamawiający dopuści szafkę z dolną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 części wysuwana na prowadnicach ślizgowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 510mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

29. Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem wyposażonym w mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu za pomocą metalowej lakierowanej proszkowo manetki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Czy Zamawiający dopuści szafkę z osobnym blatem dla pacjenta nakładanym na barierki boczne?

Odp.: Nie.

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Artur Baranowski

