



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

I.dz. 52/2024/W

Wrocław dn. 05.01.2024 r.

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa aparatury laboratoryjnej do pracy na liniach komórkowych**”, nr sprawy: **PO.271.117.2023**.

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę której szerokości wynosi 77 cm? Jest to zaledwie 7 cm więcej od wartości wymaganej i nie ma znaczącego wpływu na instalacje oraz ergonomie pracy z urządzeniem na stołowym.

### **Odpowiedź 1:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę o szerokości do 77 cm (włącznie).

### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę posiadająca jeden przycisk odpowiedzialny za rozpoczęcie standardowego wirowania oraz szybkiego wirowania? Szybkie wirowanie w oferowanej wirówce jest wywoływane poprzez przytrzymanie guzika. Szybkie wirowanie o regulowalnej prędkości możliwe jest także do ustawienia jako jeden z programów użytkownika. Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego.

### **Odpowiedź 2:**

Nie. Zamawiający nie zmienia wymagań w powyższym zakresie.

### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące?

### **Odpowiedź 3:**

Nie.

### **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z pozbawianą funkcji automatycznego wyłączenia w przypadku braku użytkownika? Parametr ten jest nieznaczący dla funkcjonalności urządzenia, ponadto jego potencjalna awaria może mieć negatywny wpływ na poprawne przeprowadzenie dłuższych cykli wirowania.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

### **Strona 1 z 2**

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00  
E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

**Odpowiedź 4:**

Nie. Zamawiający nie zmienia wymagań w powyższym zakresie.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o poziomie hałasu wynoszącym 58 dB? Jest to wartość o zaledwie 2 dB większa oraz funkcjonalnie równoważna do wymaganej. Poziom hałasu generowany przez prace wirówki jest zależny od użytego rotora, rodzaju ładunku wirowanego oraz jego wyważenia, w efekcie wartość poziomu hałasu jest wartością przybliżoną i może oscylować.

**Odpowiedź 5:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę o poziomie hałasu wynoszącym 58 dB.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

**Strona 2 z 2**

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00  
E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580

