



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  
w Olsztynie*



ZPZ-2375-4673/23

Olsztyn, dn. 19.09.2023

**Do wszystkich  
uczestników  
postępowania**

**Dotyczy:** Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Utworzenie klinicznego oddziału hematologii z ośrodkiem transplantacji szpiku w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury wraz z wyposażeniem

W związku z zapytaniami uczestników postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia/zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia.

### **Odpowiedzi na pytania 2**

#### **Pytanie 11:**

##### **Część nr 1 – szafka przyłóżkowa (ilość 34 sztuki)**

Czy zamawiający dopuści szafki wykonane ze stali węglowej malowanej farbą proszkową w kolorach wybranych przez Zamawiającego?

#### **Odpowiedź 11:**

**TAK**, zamawiający dopuści szafki wykonane ze stali węglowej malowanej farbą proszkową w kolorach wybranych przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 12:**

##### **Część nr 1 – szafka przyłóżkowa (ilość 34 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści szafki wykonane ze stali węglowej ocynkowanej, malowanej farbą proszkową w kolorach wybranych przez Zamawiającego?

#### **Odpowiedź 12:**

**TAK**, dopuści szafki wykonane ze stali węglowej ocynkowanej, malowanej farbą proszkową w kolorach wybranych przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 13:**

##### **Część nr 1 – szafka przyłóżkowa (ilość 34 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści szafki o wysokości całkowitej 820mm?

#### **Odpowiedź 13:**

**TAK**, Zamawiający dopuści szafki o wysokości całkowitej 820mm.

**Pytanie 14:**

**Część nr 1 – szafka przyłóżkowa (ilość 34 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści szafki o szerokości całkowitej 570mm?

**Odpowiedź 14:**

**TAK**, Zamawiający dopuści szafki o szerokości całkowitej 570mm.

**Pytanie 15:**

**Część nr 1 – szafka przyłóżkowa (ilość 34 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści szafki o głębokości 430mm?

**Odpowiedź 15:**

**TAK**, Zamawiający dopuści szafki o głębokości 430mm.

**Zamawiający zmodyfikował opis parametrów wymaganych w ramach odpowiedzi na pytania numer 13-15:**

<b>w części 1 poz. 2:</b>	
<b>było</b>	<b>po modyfikacjach</b>
Wymiary zewnętrzne: - wysokość całkowita – 860 mm. ( $\pm 20$ mm.); - szerokość szafki - 510 mm. ( $\pm 20$ mm.) - głębokość - 390 mm. ( $\pm 20$ mm.)	Wymiary zewnętrzne: - wysokość całkowita: od 820 mm do 880 mm - szerokość szafki: od 490 mm do 570 mm - głębokość: od 370 mm do 430 mm (+/-20 mm na uchwyty drzwi i szuflad)

**Pytanie 16:**

**Część nr 10 - lodówka podbłatowa do zabudowy z pomiarem temperatury (ilość 2 sztuki)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności użytkowej 130 L. Wymiary zewnętrzne zgodne z OPZ. Producent, którego jesteśmy dystrybutorem nie określa pojemności brutto urządzenia.

**Odpowiedź 16:**

**TAK**, Zamawiający dopuści chłodziarki o pojemności użytkowej 130l bez konieczności podania pojemności całkowitej lodówki podbłatowej.

**Pytanie 17:**

**Część nr 10 - lodówka podbłatowa do zabudowy z pomiarem temperatury (ilość 2 sztuki)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o następujących parametrach:

- czynnik chłodniczy R 600 (naturalny)
- waga 51 kg
- moc 150W
- klasa klimatyczna N – zakres temperatury otoczenia do +32C. Popularna klasa 4 otoczenia to maksymalnie +30°C,
- Wnętrze płyta aluminiowa z powłoką natryskową
- f. 2 półki + kosz. Wymiary wnętrza to (szer.\*gł.\*wys.) 554\*510\*588
- drzwi przeszklone

**Odpowiedź 17:**

**TAK**, Zamawiający dopuści chłodziarki w/w powyżej parametrach

**Zamawiający zmodyfikował opis parametrów wymaganych w ramach odpowiedzi na pytania numer 17:**

<b>w części 10 poz. 3:</b>	
było	po modyfikacjach
Pojemność użytkowa: 113 L ( $\pm 3$ L)	Pojemność użytkowa: od 113 L - do 130 L
<b>w części 10 poz. 6:</b>	
było	po modyfikacjach
Czynnik chłodniczy: R 290	Czynnik chłodniczy: R 290 lub R 600
<b>w części 10 poz. 8:</b>	
było	po modyfikacjach
Waga netto urządzenia: 44 kg ( $\pm 5$ kg)	Waga urządzenia: od 39 do 51 kg
<b>w części 10 poz. 9:</b>	
było	po modyfikacjach
Moc: 145 W	Moc: od 145W do 150W
<b>w części 10 poz. 11:</b>	
było	po modyfikacjach
Klasa klimatyczna: IV	Klasa klimatyczna: IV lub klasa klimatyczna N
<b>w części 10 poz. 12:</b>	
było	po modyfikacjach
Obudowa z blachy białej, wewnątrz z tworzywa	Obudowa z blachy białej, wewnątrz z tworzywa lub z aluminium pokryte farbą natryskową
<b>w części 10 poz. 12:</b>	
było	po modyfikacjach
Obudowa z blachy białej, wewnątrz z tworzywa	Obudowa z blachy białej, wewnątrz z tworzywa lub z aluminium pokryte farbą natryskową
<b>w części 10 poz. 5:</b>	
było	po modyfikacjach
3 rusztowe półki na produkty o wymiarach 51x50,3 cm i jedna mała o wymiarach 50,3x24 cm (+/-50 mm)	3 rusztowe półki na produkty lub 2 rusztowane półki na produkty + kosz.

**Pytanie 18:**

**Część nr 1 – szafka przyłóżkowa (ilość 34 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź 18:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 19:**

**Część nr 1 – szafka przyłóżkowa (ilość 34 sztuki)**

Czy Zamawiający zgodnie z zapisami formularza cenowego oczekuje szafki wykonanej ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź 19:**

Zamawiający wymaga aby szafki były wykonane ze **stali pokrytych farbą proszkową**. Dopuszcza również wykonanie szafki ze stali węglowej malowanej farbą proszkową oraz stali węglowej ocynkowanej malowanej farbą proszkową. **Patrz odpowiedzi na pytania numer 11 i 12**

**Pytanie 20:**

**Część nr 1 – szafka przyłóżkowa (ilość 34 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o głębokości 45 cm (wraz z uchwytami do otwierania szuflady, drzwiczek), co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź 20:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową tylko do głębokości 43 cm (**patrz odpowiedz na pytanie nr 15**) ale wyraża zgodę aby uchwyty szuflad i drzwiczek wystawały poza obręb szafki do głębokości 45cm

**Pytanie 21:**

**Część nr 1 – szafka przyłóżkowa (ilość 34 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym o grubości 8 mm oraz blatem bocznym o gr. 6 mm?

**Odpowiedź 21:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie szafki przyłóżkowej z blatem głównym o grubości 8mm.

**Pytanie 22:**

**Część nr 1 – szafka przyłóżkowa (ilość 34 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w kolorze białym (łącznie z frontami szuflad oraz drzwiczkami) oraz blatami w kolorze niebieskim lub zielonym?

**Odpowiedź 22:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie szafki przyłóżkowej z frontami szuflad oraz drzwiczek w kolorze białym.

**Pytanie 23:**

**Część nr 2 - stojak do kroplówek (ilość: 45 sztuk)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości - stojak do kroplówek z pięcioma kołami plastikowymi w tym każde z blokadą?

**Odpowiedź 23:**

**TAK**, Zamawiający dopuści wysokiej jakości - stojak do kroplówek z pięcioma kołami plastikowymi w tym każde z blokadą

**Pytanie 24:**

**Część nr 4 - wózek inwalidzki (ilość 5 sztuk)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek inwalidzki, którego wysokość siedziska jest równa 47 cm?

**Odpowiedź 24:**

**TAK**, Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek inwalidzki, którego wysokość siedziska jest równa 47 cm

**Zamawiający zmodyfikował opis parametrów wymaganych w ramach odpowiedzi na pytania numer 24:**

<b>w części 4 poz. 3:</b>	
<b>było</b>	<b>po modyfikacjach</b>
wysokość siedziska 440 mm	wysokość siedziska 440 - 470mm

**Pytanie 25:**

**Część nr 14 - kozetka transportowa (ilość 1 sztuka)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kozetkę transportową (wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej) bez uchwytu na kartę pacjenta?

**Odpowiedź 25:**

**TAK**, Zamawiający dopuści wysokiej jakości kozetkę transportową (wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej) bez uchwytu na kartę pacjenta.

**Pytanie 26:**

**Część nr 8 - lodówka apteczna (ilość 2 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: wys. x szer. x głęb.: 1500 x 600 x 700 (mm)?

**Odpowiedź 26:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie lodówki aptecznej o zaproponowanych wymiarach zewnętrznych (**dopuszczone wymiary patrz odpowiedź pytanie nr 3**).

**Pytanie 27:**

**Część nr 8 - lodówka apteczna (ilość 2 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści pojemność 340 l?

**Odpowiedź 27:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie lodówki aptecznej o zaproponowanej pojemności (**dopuszczone pojemności patrz odpowiedź pytanie nr 3**).

**Pytanie 28:**

**Część nr 8 - lodówka apteczna (ilość 2 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury 2-8 st. C, z fabrycznie ustawioną temperaturą +5 st. C?

**Odpowiedź 28:**

**TAK**, Zamawiający dopuści zakres temperatury 2-8 st. C, z fabrycznie ustawioną temperaturą +5 st. C. (**dopuszczone temperatury patrz odpowiedź pytanie nr 2**).

**Pytanie 29:**

**Część nr 8 - lodówka apteczna (ilość 2 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści zużycie energii 1,9 kWh/24 h?

**Odpowiedź 29:**

**TAK**, Zamawiający dopuści zużycie energii 1,9 kwh/24 h?

**Pytanie 30:**

**Część nr 8 - lodówka apteczna (ilość 2 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie na nóżkach bez kółek ?

**Odpowiedź 30:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie urządzenie na nóżkach bez kółek.

**Pytanie 31:**

**Część nr 12 - chłodziarka medyczna (ilość 4 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści wysokość zewnętrzną 1510 mm, przy zachowaniu pojemności 340 l ?

**Odpowiedź 31:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie urządzenia o powyższych parametrach.

**Zamawiający zmodyfikował opis parametrów wymaganych:**

<b>w części 12 poz. 2:</b>	
było	po modyfikacjach
Pojemność brutto/netto: min 353/349 l (+/- 5l)	Pojemność użytkowa od 348 do 390 l

**Pytanie 32:**

**Część nr 12 - chłodziarka medyczna (ilość 4 sztuki)**

Czy Zamawiający dopuści 6 półek na wyposażeniu urządzenia ?

**Odpowiedź 32:**

**TAK**, Zamawiający dopuści 6 półek na wyposażeniu urządzenia.

**Zamawiający zmodyfikował opis parametrów wymaganych w ramach odpowiedzi na pytanie numer 32:**

<b>w części 12 poz. 8:</b>	
było	po modyfikacjach
Min. 7 półek	Min. 6 półek

**Pytanie 33:**

**Część nr 13 - wózek do zwłok (ilość 1 sztuka)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do zwłok o szerokości całkowitej 70 cm z kołami pełnymi lanymi?

**Odpowiedź 33:**

**TAK**, Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do zwłok o szerokości całkowitej 70 cm z kołami pełnymi lanymi.

Zamawiający zmodyfikował opis parametrów wymaganych w ramach odpowiedzi na pytanie numer 33:

w części 13 poz. 2 i 3	
było	po modyfikacjach
Szerokość całkowita wózka: 72,5 cm Długość całkowita wózka: 215 cm	Szerokość całkowita wózka: 70-73 cm Długość całkowita wózka: 215-230 cm
Szerokość tacy 60 cm, długość tacy 195 cm	Szerokość tacy 60-65 cm, Długość tacy 190-195 cm

**Pytanie 34:**

**Część nr 13 - wózek do zwłok (ilość 1 sztuka)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do zwłok o szerokości całkowitej 75 cm z kołami pompowanymi?

**Odpowiedź 33:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie wózka o powyższych parametrach.

**Pytanie 35:**

**Część nr 13 - wózek do zwłok (ilość 1 sztuka)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do zwłok?

**Odpowiedź 35:**

**TAK**, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do zwłok przy zachowaniu wymaganych parametrów określonych w formularzu parametrów technicznych.

**Pytanie 36:**

**Część nr 13 - wózek do zwłok (ilość 1 sztuka)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do zwłok z hydrauliczną regulacją wysokości (dźwignia ręczna usytuowana poniżej uchwytu do przetaczania wózka)?

**Odpowiedź 36:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie wózka o powyższych parametrach.

**Pytanie 37:**

**Część nr 13 - wózek do zwłok (ilość 1 sztuka)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do zwłok bez koła kierunkowego?

**Odpowiedź 37:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie wózka o powyższych parametrach.

**Pytanie 38:**

**Część nr 13 - wózek do zwłok (ilość 1 sztuka)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do zwłok z czterema kołami z indywidualną blokadą każdego koła?

**Odpowiedź 38:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie wózka o powyższych parametrach.

**Pytanie 39:**

**Część nr 25 - taboret obrotowy (31 sztuk)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości taboret obrotowy o średnicy podstawy 640 cm?

**Odpowiedź 39:**

**TAK**, Zamawiający dopuści wysokiej jakości taboret obrotowy o średnicy podstawy 640 cm.

**Zamawiający zmodyfikował opis parametrów wymaganych w ramach odpowiedzi na pytanie numer 39:**

<b>w części 13 poz. 2:</b>	
było	po modyfikacjach
Średnica podstawy: 580 mm (+/- 30mm)	Średnica podstawy: 550-640 mm

**Pytanie 40:**

**Część nr 25 - taboret obrotowy (31 sztuk)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości taboret obrotowy z regulacją wysokości 510-710 mm?

**Odpowiedź 40:**

**TAK**, Zamawiający dopuści wysokiej jakości taboret obrotowy z regulacją wysokości 510-710 mm?

**Pytanie 41:**

**Część nr 25 - taboret obrotowy (31 sztuk)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości taboret obrotowy o średnicy siedziska 330 mm?

**Odpowiedź 41:**

Zamawiający **NIE** wyraża zgody na dopuszczenie taboretu obrotowego o powyższych parametrach.

**Pytanie 42:**

**Część nr 25 - taboret obrotowy (31 sztuk)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości taboret obrotowy o grubości siedziska 7 cm?

**Odpowiedź 42:**

**TAK**, Zamawiający dopuści wysokiej jakości taboret obrotowy o grubości siedziska 7 cm.

**Zamawiający zmodyfikował opis parametrów wymaganych w ramach odpowiedzi na pytanie numer 42:**

<b>w części 13 poz. 2:</b>	
było	po modyfikacjach
Grubość siedziska: 90 mm (+/-10mm)	Grubość siedziska: 70 mm – 100 mm

**Dyrektor**  
**SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie**  
**Krystyna Futyma**  
/podpis na oryginale/